



ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Пејсмејкери, електроде и имплантабилни дефибрилатори са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, бр. ЈН 404-1-110/17-9, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија наручиоца доноси следеће измене конкурсне документације за јавну набавку Пејсмејкери, електроде и имплантабилни дефибрилатори са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, бр. ЈН 404-1-110/17-9:

1. У одељку II конкурсне документације – Техничка спецификација, на страни 4. мења се тачка 12, тако да иста гласи:

„12. Понуђач је дужан да достави доказ да се производи које нуди, за партије 1-23 и 25-28, продају на најмање 5 европских универзитетских клиника у најмање три европске земље, као и да на тих пет европских клиника понуђено медицинско средство представља најмање 20% од укупног броја предвиђеног за уградњу. Као доказ наведеног потребно је доставити:

- изјаву одговорног лица универзитетске клинике, оверену потписом и печатом одговорног лица и контакт телефон и е-mail особе у болници са којом је могуће проверити наведено или
- изјаву произвођача, односно овлашћеног представништва произвођача, дату на сопственом обрасцу, оверену потписом и печатом одговорног лица, да се производи које понуђач нуди, по појединачној партији, продају на најмање 5 европских универзитетских клиника у најмање три европске земље, као и да на тих пет европских клиника понуђено медицинско средство представља најмање 20% од укупног броја предвиђеног за уградњу. (навести имена европских клиника уз име и контакт особе у клиници са којом је могуће проверити да се понуђени производи које нуди продају на 5 европских универзитетских клиника у најмање три европске земље, као и да на тих пет европских клиника понуђено медицинско средство представља најмање 20% од укупног броја предвиђеног за уградњу)“

2. У одељку II конкурсне документације – Техничка спецификација, на страни 5. додаје се тачка 15, која гласи:

„15. Понуђач је дужан да достави доказ да се производи које нуди, за партију 24, продају на најмање 2 европске универзитетске клинике у најмање 2 европске земље. Као доказ наведеног потребно је доставити:

- изјаву одговорног лица универзитетске клинике, оверену потписом и печатом одговорног лица и контакт телефон и е-mail особе у болници са којом је могуће проверити наведено или
- изјаву произвођача, односно овлашћеног представништва произвођача, дату на сопственом обрасцу, оверену потписом и печатом одговорног лица, да се производи које понуђач нуди продају на најмање 2 европске универзитетске клинике у најмање 2 европске земље. (навести имена европских клиника уз име и контакт особе у клиници са којом је могуће проверити да се понуђени производи које нуди продају на 2 европске универзитетске клинике у најмање 2 европске земље)“

3. У одељку VI конкурсне документације – Упутство понуђачима, на страни 22. мења се ставка 5 подтачке g) тачке 2.1, тако да гласи:

„Доказ да се производи које нуди, за партије 1-23 и 25-28, продају на најмање 5 европских универзитетских клиника у најмање три европске земље, као и да на тих пет европских клиника понуђено медицинско средство представља најмање 20% од укупног броја предвиђеног за уградњу, и то:

- изјаву одговорног лица универзитетске клинике, оверену потписом и печатом одговорног лица и контакт телефон и e-mail особе у болници са којом је могуће проверити наведено или
- изјаву произвођача, односно овлашћеног представништва произвођача, дату на сопственом обрасцу, оверену потписом и печатом одговорног лица, да се производи које понуђач нуди, по појединачној партији, продају на најмање 5 европских универзитетских клиника у најмање три европске земље, као и да на тих пет европских клиника понуђено медицинско средство представља најмање 20% од укупног броја предвиђеног за уградњу. (навести имена европских клиника уз име и контакт особе у клиници са којом је могуће проверити да се понуђени производи која нуди продају на 5 европских универзитетских клиника у најмање три европске земље, као и да на тих пет европских клиника понуђено медицинско средство представља најмање 20% од укупног броја предвиђеног за уградњу)“

4. У одељку VI конкурсне документације – Упутство понуђачима, на страни 22. додаје се ставка 7 подтачке g) тачке 2.1, тако да гласи:

„ Доказ да се производи које нуди, за партију 24, продају на најмање 2 европске универзитетске клинике у најмање 2 европске земље, и то:

- изјаву одговорног лица универзитетске клинике, оверену потписом и печатом одговорног лица и контакт телефон и e-mail особе у болници са којом је могуће проверити наведено или
- изјаву произвођача, односно овлашћеног представништва произвођача, дату на сопственом обрасцу, оверену потписом и печатом одговорног лица, да се производи које понуђач нуди продају на најмање 2 европске универзитетске клинике у најмање 2 европске земље. (навести имена европских клиника уз име и контакт особе у клиници са којом је могуће проверити да се понуђени производи које нуде продају на 2 европске универзитетске клинике у најмање 2 европске земље).“

5. У одељку VIII конкурсне документације – Модел уговора, на страни 38. мења се тачка 3.2, тако да иста гласи:

„3.2 Купац плаћа испоручене количине по уговореним јединичним ценама, увећаним за износ ПДВ-а, најкасније у року од 45 дана од дана када крајњи корисник Фонда за СОВО прими фактуру, а коју Добављач доставља крајњем кориснику Фонда за СОВО приликом испоруке. Добављач је дужан да достави писано обавештење Фонду за СОВО у року од 5 дана од дана испоруке Крајњем кориснику Фонда за СОВО да је испоручио добра по предмету уговора за сваку појединачну испоруку. (уколико Фонд за социјално осигурање војних осигураника закључује уговор)“

6. У прилогу Б – Техничка спецификација, мења се тачка 4. спецификације за партију 9 - Dijagnostički implantabilni „loop recorder“, тако да гласи:

„4. Vek baterije ≥ 2 godine“

Пречишћен текст конкурсне документације и измењен прилог Б – Техничка спецификација биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

57017.64/74