



---

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042  
е-маил: [публиц@рфзо.рс](mailto:публиц@рфзо.рс) ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

---

08/2 број: 404-1-55/17-17  
25.12.2017. године

**ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Уводник (сет) за стандардне пејсмејкер електроде и/или ХВ електроде, број 404-3-110/17-55, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)**

Дана 21.12.2017. године заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Уводник (сет) за стандардне пејсмејкер електроде и/или ХВ електроде, број 404-3-110/17-55, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

**Питање 1 :**

Да ли је за наручиоца прихваљив Уводник (сет) за стандардне пејсмејкер електроде и или ХВ електроде, компатибилан са свим електродама за антибрадикарну стимулацију или ХВ електродама (величине 6,7, 8, 9 и 10Fr) са иглом за пункцију, одговарајућим шприцем и жицом за увођење, са хемостатском валвулом у врху тела уводника, без бочног порта за апликацију контраста и/или апсирацију?

**Одговор 1:**

Као што је већ наведено у одговору на захтев за додатним појашњењем конкурсне документације заинтересованог лица, број 404-1-55/17-15 од 21.12.2017. године, комисија за предметну јавну набавку је става да није прихватљив уводник који у себи садржи валвулу у било ком њеном делу.

**Питање 2 :**

Медицинско оправдање о набавци Уводника без хемостатске валвуле и објашњење о предности у раду са Уводник (сетом) за стандардне пејсмејкер електроде и или ХВ електроде, компатибилан са свим електродама за антибрадикарну стимулацију или ХВ електродама (величине 6,7, 8, 9 и 10Fr) са иглом за пункцију, одговарајућим шприцем и жицом за увођење, без хемостатске валвуле, без бочног порта за апликацију контраста и/или апсирацију?

**Одговор 2:**

Медицинско добро које заинтересовано лице наводи у свом захтеву, а које садржи хемостатску валвулу није предмет ове јавне набавке.

Наручиоцу је јасно да заинтересовано лице има интерес да произведе које нуди сматра бољим, али не и да захтев за додатним појашњењем конкурсне документације, из члана 63. Закона о јавним набавкама, користи за полемисање о медицинском оправдању добра које Наручилац у складу са Законом има права да набави, а у складу са својим потребама.

Наиме, како у спроведеном отвореном поступку јавне набавке Пејсмејкера, електрода и имплантабилних дефибрилатора са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, број 404-1-110/17-9, за партију 13 -



Републички фонд за здравствено осигурање

Уводник (сет) за стандардне пејсмејкер електроде и/или ХВ електроде, није пристигла ниједна одговарајућа понуда, Наручилац је у складу са чланом 36. став 1 тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), покренуо преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, не мењајући првобитно одређен предмет јавне набавке и услове за учешће у поступку, техничку спецификацију и критеријум за доделу уговора, односно оквирног споразума.

С тим у вези, комисија за предметну јавну набавку остаје при утврђеној техничкој спецификацији и условима из разлога што је предмет набавке дефинисан на основу потреба здравствених установа, у складу са одредбама и начелима Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15).

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**

57017.100/124