



08/2 број: 404-1-55/17-15
21.12.2017. године

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Уводник (сет) за стандардне пејсмејкер електроде и/или ХВ електроде, број 404-3-110/17-55, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

Дана 18.12.2017. године заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Уводник (сет) за стандардне пејсмејкер електроде и/или ХВ електроде, број 404-3-110/17-55, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Питање:

Молимо вас за додатне информације и појашњење јавне набавке - Уводник (сет) за стандардне пејсмејкер електроде и/или ХВ електроде) бр. 404-3-110/17-55 и то:

Наиме, конкурсном документацијом тражи се:

Уводник (сет) за стандардне пејсмејкер електроде и/или ХВ електроде следећих техничких карактеристика:

1. Компатибилан са свим електродама за антибрадикардну стимулацију или ХВ електродама (величина 6,7,8,9 и 10 Fr) са иглом за пункцију, одговарајућим шприцем и жицом за увођење
2. Без хемостатске валвуле
3. Без бочног порта за апликацију контраста и/или аспирацију

Уводници са валвулом поред веће сигурности и безбедности за пацијента, омогућавају лекарима опције у раду, да ли ће користити валвулу или не, обзиром да се једноставним „цепањем“ врха уводника где се налази и валвула, цепају истовремено и уводник и валвула и функција валвуле је без значаја. Тим поступком се добија исти ефекат као и да је коришћен уводник без валвуле.

Поред предњег, сматрамо да је неопходно да пратећи медицински материјал - уводници који се користе за уградњу пејсмејкера буду једнако квалитетни и најсавременије генерације као и пејсмеркери који се набављају и уграђују, односно да су не само компатабилни већ да омогућавају квалитетан и сигуран рад са високо ризичним пацијентима.

Оваквом техничком спецификацијом се захтева набавка уводника старије генерације, а набављају пејсмејкера најновије генерације што је апсолутно неразумљиво.

Имајући у виду предње, а посебно чињеницу да не постоји медицинско оправдање за некоришћење уводника без валвуле, те да је отворени поступак јавне набавке ових добара обустављен јер ни једна понуда није била одговарајућа и исправна, из разлог што ни један од три понуђача који су учествовали у отвореном поступку, а позвани су да поднесу понуде у преговарачком поступку, нису испунили техничку спецификацију добара, то предлажемо да у циљу добијања исправне и прихватљиве понуде у овом поступку и обезбеђења веће конкуренције понуђача, појасните:

- Да ли је за наручиоца прихватљив уводник без бочног порта и валвуле на крају порта, али са валвулом у врху тела уводника?

Одговор:

Комисија за предметну јавну набавку је става да није прихватљив уводник који у себи садржи валвулу у било ком њеном делу, јер је техничком спецификацијом јасно дефинисано да уводник (сет) за стандардне пејсмејкер електроде и/или ХВ електроде који је предмет ове јавне набавке, треба да буде компатибилан са свим електродама за антибрадикардну стимулацију или ХВ електродама (величина 6,7,8, 9 и 10 Fr) са иглом за пункцију, одговарајућим шприцем и жицом за увођење, без хемостатске валвуле и без бочног порта за апликацију контраста и/или аспирацију.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

57017.100/122