

ПРИЛОГ I – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Јавна набавка филтера за еритроците и тромбоците, филтрираних накнадно, сетова за донорске аферезне поступке и аутотрансфузионих система/сетова за интраоперативно спашавање крви

Број јавне набавке : 404-1-110/18-25

| Партија | Предмет набавке | Количина | Процењена јединична цена | Процењена вредност без ПДВ-а |
|----------------|---|----------|--------------------------|------------------------------|
| 1. | Филтери за еритроците филтрирани накнадно | комад | 3.500 | 3.255.000,00 |
| 2. | Филтери за тромбоците филтрирани накнадно | комад | 2.110 | 3.165.000,00 |
| 3. | Сетови за донорске аферезне поступке (тромбоците) компатибилни типу апарата HAEMONETICS MCS + | комад | 1.300 | 19.305.000,00 |
| 4. | Сетови за донорске аферезне поступке (тромбоците) компатибилни типу апарата TRIMA Accel | комад | 1.400 | 20.300.000,00 |
| 5. | Системи/сетови компатибилни типу апарата Sequestra 1000 и Autolog | комад | 1.400 | 22.400.000,00 |
| 6. | Системи/сетови компатибилни типу апарата Cell Saver 5, Cell Saver 5+ | комад | 1.500 | 24.000.000,00 |
| 7. | Системи/сетови компатабилни типу апарата Electa и XTRA | комад | 1.500 | 24.000.000,00 |
| 8. | Стерилна двоканална аспирациона линија са капалком за интраоперативно спашавање | комад | 100 | 168.000,00 |
| 9. | Сетови за донорске аферезне поступке (тромбоците) компатибилни типу апарата Specta Optia | комад | 20 | 400.000,00 |
| УКУПНО: | | | | 116.993.000,00 |

ПАРТИЈА 1 - Филтери за еритроците филтриране накнадно

Ови филтери морају испуњавати следеће:

- ❖ Филтровање јединица еритроцита чији је хематокрит 0,50 до 0,75 l/l;
- ❖ Да број резидуалних леукоцита након филтровања треба да буде мањи од 1×10^6 по јединици филтрованих еритроцита;
- ❖ СЕ стандард;
- ❖ Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије;

ПРИЛОГ I – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Јавна набавка филтера за еритроците и тромбоците, филтрираних накнадно, сетова за донорске аферезне поступке и аутотрансфузионих система/сетова за интраоперативно спашавање крви

Број јавне набавке : 404-1-110/18-25

- ❖ Понуђена медицинска средства морају бити стерилно упакована и имати рок трајања од најмање 12 (дванаест) месеци од дана испоруке.

ПАРТИЈА 2 - Филтери за тромбоците филтриране накнадно

Ови филтери морају испуњавати следеће:

- ❖ Да је број резидуалних леукоцита по јединици тромбоцита у пулу након филтровања мањи од $0,2 \times 10^6$;
- ❖ СЕ стандард;
- ❖ Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије;
- ❖ Понуђена медицинска средства морају бити стерилно упакована и имати рок трајања од најмање 12 (дванаест) месеци од дана испоруке.

ПАРТИЈА 3 - Сетови за донорске аферезне поступке (тромбоците) компатибилни типу апарата HAEMONETICS MCS +

Карактеристике сетова компатибилних апарату HAEMONETICS MCS+ :

- ❖ Ознака сета 997 CF-E и/или 994 CF-E;
- ❖ Ознака софтвера LDP MCS+ plat&plasma w/filter.
- ❖ Неопходно је да се путем сета обезбеди:
- ❖ Издвајање више од 200×10^9 тромбоцита по аферезној јединици;
- ❖ Да је број резидуалних леукоцита мањи од 1×10^6 по аферезној јединици;
- ❖ Да у комплекту са сетом буде одговарајући антикоагуланс;
- ❖ СЕ стандард;
- ❖ Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије;
- ❖ Понуђена медицинска средства морају бити стерилно упакована и имати рок трајања од најмање 12 (дванаест) месеци од дана испоруке.
 - За партију број 4 стручни део комисије је констатовао да је број резидуалних леукоцита мањи од 5×10^6 по аферезној јединици, те сходно предлаже да техничка спецификација буде следећа:

ПАРТИЈА 4 - Сетови за донорске аферезне поступке (тромбоците) компатибилни типу апарата TRIMA ACCEL

Карактеристике сетова компатибилних апарату TRIMA ACCEL:

- ❖ Trima ACCEL LRS PLATELET;
- ❖ PLASMA;
- ❖ RBC SET (with ACD);
- ❖ Ознака сета 80400;
- ❖ Неопходно је да се путем сета обезбеди:
- ❖ Издвајање више од 200×10^9 тромбоцита по аферезној јединици;
- ❖ Да је број резидуалних леукоцита мањи од 5×10^6 по аферезној јединици;
- ❖ Да у комплекту са сетом буде одговарајући антикоагуланс;
- ❖ СЕ стандард;

ПРИЛОГ I – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Јавна набавка филтера за еритроците и тромбоците, филтрираних накнадно, сетова за донорске аферезне поступке и аутотрансфузионих система/сетова за интраоперативно спашавање крви

Број јавне набавке : 404-1-110/18-25

- ❖ Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије;
- ❖ Понуђена медицинска средства морају бити стерилно упакована и имати рок трајања од најмање 12 (дванаест) месеци од дана испоруке.
- **Понуђени системи/сетови из партије 5, 6 и 7 морају бити компатибилни са апаратима које поседују здравствене установе у Републици Србији и то:**
 - ❖ Autolog tm, „Medtronic” SAD;
 - ❖ Cell Saver 5, Cell Saver 5 +, “Haemonetics SAD”;
 - ❖ Electa, XTRA “Sorin Dideco”, Italija;
- **Понуђени комплет за партију 5, 6 и 7 подразумева:**
 - а) Стерилну двоканалну аспирациону линију са капаљком;
 - б) Стерилни чврсти аутотрансфузиони резервоар запремине од најмање 3 л са микроагрегатним филтером до 40 микрона;
 - в) Стерилно ротирајуће звоно запремине од 50 до 225 ml са одговарајућим системом пластичних цеви;
 - г) Припадајућа кутија, где су претходна 3 дела упакована као комплет.
- ❖ Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.
- ❖ Понуђена медицинска средства морају бити стерилно упакована и имати рок трајања од најмање 12 (дванаест) месеци од дана испоруке.

ПАРТИЈА 9 - Сетови за донорске аферезне поступке (тромбоците) компатибилни типу апарата Specta Optia

Карактеристике сетова компатибилних апарату Specta Optia Terumo BCT:

- ❖ Specta optia trombocite;
- ❖ Ознака сета Specta Optia аферезни систем тромбоцит;
- ❖ Неопходно је да се путем сета обезбеди:
- ❖ Издвајање више од 200×10^9 тромбоцита по аферезној јединици;
- ❖ Да је број резидуалних леукоцита мањи од 5×10^6 по аферезној јединици;
- ❖ Да у комплекту са сетом буде одговарајући антикоагуланс;
- ❖ CE стандард;
- ❖ Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије;
- ❖ Понуђена медицинска средства морају бити стерилно упакована и имати рок трајања од најмање 12 (дванаест) месеци од дана испоруке.