



---

Јована Мариновић бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042  
е-mail: [public@rfzo.rs](mailto:public@rfzo.rs) ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

---

08/2 број: 404-1-7/18-20  
11.6.2018. године

**ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Коронарних стентова за 2018. годину, број 404-1-110/18-7, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)**

Дана 8.6.2018. године, заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Коронарних стентова за 2018. годину, број 404-1-110/18-7, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

**Питање:**

Имајући у виду да је техничком спецификацијом из тендерске документације тражено да понуђена добра морају да испуњавају следеће карактеристике: ( за партије 1-7)

- Доступне дужине стента од 12 mm (или мање) до 28 mm (или више);
- Доступни дијаметри стента од 2,5 mm (или мање) до 3,5 mm (или више).

Молимо наручиоца да појасни да ли је неопходно да све доступне дужине стента од 12 mm (или мање) до 28 mm (или више) имају све дијетре стента од 2,5 mm (или мање) до 3,5 mm (или више).

**Одговор: Комисија за предметну набавку је става да стентови тражених дијаметара имају све дужине које су наведене у техничкој спецификацији.**

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**