



Јована Мариновић бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-mail: public@rfzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

08/2 број: 404-1-2/19-10
01.04.2019. године

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Каротидни и периферни стентови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2019. годину, број 404-1-110/19-2 сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

Дана 28.3.2019. године, заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Каротидни и периферни стентови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2019. годину, број 404-1-110/19-2, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Питање:

Конкурсном документацијом за каротидне и периферне стентове ЈН 404-1-110/19-2 у прилогу Б под техничком спецификацијом за партију 12 тражено је да су обавезни дијаметри стента од 6mm до 8mm и више.

Да ли је за наручиоца и комисију прихватљиво да за партију 12 под називом „Самоослобађајући периферни стентови израђени од нитинола, OTW систем, за дугачке лезије на суперфицијалној и поплитеалној артерији“ понуђач понуди димензије дијаметра стента од 5mm (или мање) до 7mm (или више).

Одговор:

Разматрајући захтев заинтересованог лица Комисија за предметну набавку је констатовала да је за партију 12 - Самоослобађајући периферни стентови израђени од нитинола, OTW систем, за дугачке лезије на суперфицијалној и поплитеалној артерији потребна димензија од 6 mm до 7 mm и више. Сходно томе биће извршена измена прилога Б конкурсне документације - Техничка спецификација, за партију 12.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

59019.15/5