



Јована Мариновић бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-маил: публиц@рфзо.рс ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

08/2 број: 404-1-2/19-13
12.04.2019. године

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Каротидни и периферни стентови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2019. годину, број 404-1-110/19-2 сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

Дана 10.04.2019. године, заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Каротидни и периферни стентови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2019. годину, број 404-1-110/19-2, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Питање:

Молим да ми одговорите на питање везано за ЈН 404-1-110/19-2, Партија број 11 - Васкуларни чеп за емболизацију (Vascular Plug)

Да ли би за наведену партију био прихватљив - Емболизациони плаг са СМП технологијом, дијаметар проксималне маркер трачице 0.032“(0,81mm), 0.046“(1,17mm) и 0.065“(1,65mm), дијаметар раширеног плага 6mm, 8mm и 12mm, дужина плага 10mm и 15mm, дијаметар спиралног анкера 7mm, 9mm и 13mm?

Одговор: Комисија за предметну набавку остаје при утврђеној техничкој спецификацији и условима из конкурсне документације, из разлога што наведени емболизациони чеп није израђен од траженог материјала.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

59019.15/17