



08/2 број: 404-1-35/19-54
02.10.2019. године

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Предмет: Измене конкурсне документације за јавну набавку набавку Имплантати за кукове и колена, бр. ј.н. 404-1-110/19-38, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

У делу Прилога А конкурсне документације - Техничка спецификација/списак партија са расподелом по здравственим установама извршене су следеће измене:

1. У складу са Додатним појашњењем бр. 404-1-35/19-32 од 20.09.2019. године, врши се измена за партије 13 и 18, тако да у ставци 1, уместо:

Стем протезе: Универзални, цементни без колара

Облик: Зашиљен - клинаст, („taper“)

Конус врата: 12/14 мм

Завршна обрада: високополиран

Материјал: нерђајући челик

ЦЦД угао: 135 степени

Величине: најмање 9

сада стоји

Стем протезе: Универзални, цементни без колара

Облик: Зашиљен - клинаст, („taper“)

Конус врата: 12/14 мм

Завршна обрада: високополиран

Материјал: кобалт хром или челик

ЦЦД угао: 135 степени

Величине: најмање 9

2. У складу са Додатним појашњењем бр. 404-1-35/19-37 од 23.09.2019. године, врши се измена за партију 23, тако да у ставци 1, уместо:

Стем протезе: Универзални, цементни без колара

Облик: Зашиљен - клинаст, („taper“)

Конус врата: 12/14 мм

Завршна обрада: високополиран

Материјал: нерђајући челик

ЦЦД угао: 135

Величине: најмање 11 величина

сада стоји

Стем протезе: Универзални, цементни без колара са централизером

Облик: Зашиљен - клинаст, („taper“)

Конус врата: 12/14 мм

Завршна обрада: високополиран

Материјал: нерђајући челик

ЦЦД угао: 135 и више

Величине: најмање 6 величина

3. У складу са Записником са састанка бр. 404-1-35/19-42 од 25.09.2019. године, врши се измена за партију 19, тако да у ставци 2 и 3, уместо:

Ставка 2:

Ацетабулум: UHMWPE

Најмање 12 величина у распону од 38 мм до 60 мм

Ослањајућа површина пречника 32 мм, односно 28 мм

сада стоји

Ацетабулум: UHMWPE

Распон од најмање 40 мм до 58 мм

Ослањајућа површина пречника 32 мм, односно 28 мм

Ставка 3:

Глава: Најмање 5 дужина

Пречник: 28 мм и 32 мм, конус 12/14

Материјал: Легура челика

сада стоји

Глава: Најмање 5 дужина

Пречник: 28 мм и 32 мм, конус 12/14

Материјал: Легура челика или кобалта и хрома

4. Даље, извршена је измена за партију 13, тако да у ставци 1, уместо:

Стем протезе: Универзални, цементни без колара

Облик: Зашиљен - клинаст, („taper“)

Конус врата: 12/14 мм

Завршна обрада: високополиран

Материјал: нерђајући челик

ЦЦД угао: 135 степени

Величине: најмање 9

сада стоји

Стем протезе: Универзални, цементни без колара

Облик: Зашиљен - клинаст, („taper“)

Конус врата: 12/14 мм

Завршна обрада: високополиран

Материјал: легура кобалта и хрома или нерђајући челик

ЦЦД угао: 135 степени

Величине: најмање 9

5. У складу са додатним појашњењем бр. 404-1-35/19-52 од 02.10.2019. године, врши се измена за партију 20, тако да уместо:

Универзална, по типу Austin Moore
Главе пречника од 39 до најмање 56 мм
Величине тела 2 (две), уже и шире, за све расположиве величине

сада стоји

Универзална, по типу Austin Moore
Главе пречника од 39 до најмање 55 мм
Величине тела 2 (две), уже и шире, за све расположиве величине

6. Даље, врши се измена за партију 21, тако да уместо:

Универзална, по типу Austin Moore
Дијаметар главе 35мм-55мм, пуна калота, електро полирана, материјал – нерђајући челик и/или легура титанијума, стерилно паковање

сада стоји

Универзална, по типу Austin Moore
Дијаметар главе 35мм-55мм, пуна калота, електро полирана, материјал – нерђајући челик и/или легура титанијума

7. Такође, У складу са Записником са састанка бр. 404-1-35/19-42 од 25.09.2019. године, врши се измена конкурсне документације у делу Прилога А конкурсне документације - Техничка спецификација/списак партија са расподелом по здравственим установама, за партије 20 и 21, у делу Процењена вредност без ПДВ-а, на начин да се иста **за партију 20** умањује са 44.044.000,00 на **25.168.000,00**, а **за партију 21** са 3.780.000,00 на **2.160.000,00** дин.

8. У складу са захтевима здравствених установа Општин болница Лесковац и Крушевац и Клиничко-болничког центра Бежанијска Коса, сви од 19.09.2019. године, уводи се нова партија, која гласи:

Партија 33 - Тотална примарна цементна ендопротеза колена, полиаксијална, са задњом стабилизацијом, тип 6

Ставка 1:

Обавезне карактеристике: Полиаксијално (кинеметско) колена са задњом стабилизацијом (ПС)

Феморална компонента: Анатомска, ПС,)

Материјал: СоCrМо

Величине: најмање 6

Ставка 2:

Тибијална компонента: Универзална, фиксна платформа

Материјал: легура титанијума

Величине: најмање 6

Ставка 3:

Инсерт: Израђен од UHMWPE полиетилена
Величине: све којима произвођач располаже,
најмање 5 дебљина инсерта

Ставка 4:

Пателарно дугме: UHMWPE полиетилен,
најмање 6 величина

За партију 33 понуђач је у обавези да понуди добра са могућношћу комбиновања стандардне величине феморалне компоненте са најмање 4 величине тибидјалне компоненте .

Сходно наведеном, количине опредељене у партији 31, за потребе наведених установа се прерасподељују у партију 33, и то:

- за КБЦ Б Коса – 30 ком;
- за ОБ Лесковац – 20 ком;
- за ОБ Крушевац – 13 ком.

9. У складу са молбом Клиничко-болничког центра Звездара од 19.09.2019. године врши се измена опредељених количина за партије 4, 5, 30 и 31, и то на следећи начин:

- Прерасподељује се **26 ком за партију 4**, са партије 5, и
- Прерасподељује се **32 ком за партију 31**, са партије 30.

10. У складу са захтевом здравствене установе КЦ Ниш од 24.09.2019. године, извршена је прерасподела количина на следећи начин:

- за партију 12 – 10 ком;
- за партију 13 – 10 ком;
- за партију 14 – 10 ком;
- за партију 20 – 10 ком;
- за партију 21 – 40 ком;
- за партију 22 – 10 ком;
- за партију 23 – 20 ком;
- за партију 25 – 20 ком;
- за партију 26 – 20 ком;
- за партију 29 – 15 ком;
- за партију 30 – 5 ком;
- за партију 31 – 0 ком;

11. Поводом Захтева Опште болнице Алексинац бр. 443 од 24.09.2019. године, врши се измена конкурсне документације у делу Прилога А конкурсне документације – Техничка спецификација/списак партија са расподелом по здравственим установама, за партије 1 и 5, и то на следећи начин:

- **За партију 1** опредељује се **25 ком**, уместо првобитних 35 ком и
- **За партију 5** опредељује се **40 ком**, уместо првобитних 30 ком.

12. Поводом Захтева Клиничко-болничког центра Земун бр. 07/19 од 24.09.2019. године, код наручиоца заведен дана 26.09.2019. године **за партију 31** се опредељује **10 ком**.

13. Поводом Захтева Клиничко-болничког центра Бежанијска Коса од 01.10.2019. године за партију 32 се опредељује 10 ком.

14. Сходно учињеним изменама у тачкама 1-13 врши се измена конкурсне документације у делу Прилога А конкурсне документације – Техничка спецификација/списак партија са расподелом по здравственим установама, у делу укупне количине и Процењена вредност без ПДВ-а за партије 1, 4, 5, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32 и 33, и то на следећи начин:

Број партије	Укупна количина	Процењена вредност без ПДВ-а		Укупна количина	Процењена вредност без ПДВ-а
1	2.216	321.320.000,00		2.226	322.770.000,00
4	832	120.640.000,00		806	116.870.000,00
5	143	20.735.000,00		159	23.055.000,00
12	60	5.940.000,00		50	4.950.000,00
13	60	5.940.000,00		50	4.950.000,00
14	690	46.782.000,00		680	46.104.000,00
20	1.558	24.928.000,00	уместо	1.573	44.044.000,00
21	150	2.400.000,00		135	3.780.000,00
22	350	23.345.000,00		375	25.345.000,00
23	518	34.550.600,00		498	33.216.600,00
25	70	4.669.000,00		50	3.335.000,00
26	275	18.342.500,00		290	19.343.000,00
29	130	17.940.000,00		115	15.870.000,00
30	25	3.450.000,00		52	7.176.000,00
31	427	58.926.000,00		468	64.584.000,00
32	90	11.700.000,00		80	10.400.000,00
33	63	8.694.000,00			

У делу Прилога Б конкурсне документације - Образац понуде који у себи садржи образац структуре цене извршене су следеће измене:

1. Уводи се партија бр. 33, а у складу са тачком 8. и 14. претходног става.

2. У складу са учињеним изменама, мења се количина (колони VI) за партије 1, 4, 5, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32 и 33, а у складу са табелом датом у тачки 14. претходног става.

Пречишћен текст Прилога А конкурсне документације - Техничка спецификација/списак партија са расподелом по здравственим установама и Прилога Б конкурсне документације – Образац понуде који у себи садржи образац структуре цене, за јавну набавку Имплантати за кукове и колена, број ЈН 404-1-110/19-38, који садрже горе наведене измене, биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ