

**ПРИЛОГ Б – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИЦИЈА**  
**ЈАВНА НАБАВКА БАЛОН КАТЕТЕРА ЗА 2019. ГОДИНУ БР 404-1-110/19-6**

Бр. партије	Назив партије	Јед. мере	Количина за РФЗО	Количина за Фонд за СОВО	Укупна количина	Процењена јединична цена	Укупна процењена вредност за РФЗО	Укупна процењена вредност за Фонд за СОВО	Укупна процењена вредност по партијама без ПДВ-а
1	Балон катетери за предилатацију monopail дизајна (Rx) (дијаметра 2.0 и више mm) (мерења се односе на балон дијаметра 3.0 mm)	ком	12.550	855	13.405	3.845,00	48.254.750,00	3.287.475,00	51.542.225,00
2	Балон катетери за предилатацију monopail дизајна (Rx), (дијаметра 1.5 mm и 1.25 mm) (мерења се односе на балон дијаметра 1,5 mm)	ком	2.500	150	2.650	3.974,00	9.935.000,00	596.100,00	10.531.100,00
3	Балон катетери за предилатацију хроничне тоталне оклузије monopail дизајна (Rx), (дијаметра 1.2 mm и мање) (мерења се односе на балон најмањег доступног дијаметра)	ком	400	20	420	6.190,00	2.476.000,00	123.800,00	2.599.800,00
4	НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних артерија (дијаметра 2.0 mm до 5 mm) (мерења се односе на балон дијаметра 3,0 mm)	ком	7.124	475	7.599	4.250,00	30.277.000,00	2.018.750,00	32.295.750,00
5	НЕКОМПЛИЈАНТНИ нископрофилни балон катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних артерија (дијаметра 2.0 mm до 5 mm) (мерења се односе на балон дијаметра 3,0 mm)	ком.	1.200	30	1.230	8.200,00	9.840.000,00	246.000,00	10.086.000,00
6	НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних артерија отпорни на већи притисак за тешке калцификоване лезије (дијаметра 2.0 mm до 5 mm) (мерења се односе на балон дијаметра 3,0 mm)	ком.	1.200	30	1.230	8.200,00	9.840.000,00	246.000,00	10.086.000,00
7	НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ	ком	20	3	23	32.990,00	659.800,00	98.970,00	758.770,00

**ПРИЛОГ Б – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**  
**ЈАВНА НАБАВКА БАЛОН КАТЕТЕРА ЗА 2019. ГОДИНУ БР 404-1-110/19-6**

Бр. партије	Назив партије	Јед. мере	Количина за РФЗО	Количина за Фонд за СОВО	Укупна количина	Процењена јединична цена	Укупна процењена вредност за РФЗО	Укупна процењена вредност за Фонд за СОВО	Укупна процењена вредност по партијама без ПДВ-а
	коронарних артерија са могућношћу притиска преко 30 atm за резистентне – ригидне лезије (дијаметра 2,0 mm до 4,5 mm) (мерења се односе на балон дијаметра 3,0 mm)								
8	МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне тоталне оклузије	ком	100	10	110	18.865,00	1.886.500,00	188.650,00	2.075.150,00
9	МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне тоталне оклузије – ретроградни приступ	ком	10	3	13	49.500,00	495.000,00	148.500,00	643.500,00
10	Хибридни коаксијални хидрофилни микрокатетер од волфрама за хроничне тоталне оклузије (ЦТО)	ком	200	10	210	67.000,00	13.400.000,00	670.000,00	14.070.000,00
11	Микрокатетер са двоструким луменом	ком	10	3	13	59.500,00	595.000,00	178.500,00	773.500,00
12	Аспирациони катетери – за мануелну аспирацију тромба	ком	620	30	650	8.850,00	5.487.000,00	265.500,00	5.752.500,00
13	Коронарни балон катетери обложени леком	ком	280	10	290	42.250,00	11.830.000,00	422.500,00	12.252.500,00
14	РТА периферни балон обложен леком – расlitaxel, ОТW систем	ком	80	5	85	42.250,00	3.380.000,00	211.250,00	3.591.250,00
15	Балони за валвулопластику са ниским притиском пуцања	ком	5	5	10	55.000,00	275.000,00	275.000,00	550.000,00
16	Балони за валвулопластику са високим притиском пуцања	ком.	5	10	15	55.000,00	275.000,00	550.000,00	825.000,00
17	Балон за мерење пречника преткоморске комуникације	ком.	40	0	40	19.200,00	768.000,00	0,00	768.000,00
18	Некомплијантни коронарни балон катетери са спиралном жицом за резистентне - ригидне лезије	ком	50	3	53	60.000,00	3.000.000,00	180.000,00	3.180.000,00
19	Некомплијантни коронарни балон	ком	50	3	53	48.500,00	2.425.000,00	145.500,00	2.570.500,00

**ПРИЛОГ Б – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**  
**ЈАВНА НАБАВКА БАЛОН КАТЕТЕРА ЗА 2019. ГОДИНУ БР 404-1-110/19-6**

Бр. партије	Назив партије	Јед. мере	Количина за РФЗО	Количина за Фонд за СОВО	Укупна количина	Процењена јединична цена	Укупна процењена вредност за РФЗО	Укупна процењена вредност за Фонд за СОВО	Укупна процењена вредност по партијама без ПДВ-а
	катетери са жицом за резистентне - ригидне лезије								
20	Периферни балон катетери за перкутане интервенције на периферним артеријским крвним судовима	ком	170	10	180	9.000,00	1.530.000,00	90.000,00	1.620.000,00
21	Периферни балон катетери за перкутане интервенције на подколеним артеријским судовима	ком	86	5	91	10.900,00	937.400,00	54.500,00	991.900,00
<b>Укупно</b>		<b>ком</b>	<b>26.700</b>	<b>1.670</b>	<b>28.370</b>		<b>157.566.450,00</b>	<b>9.996.995,00</b>	<b>167.563.445,00</b>

**ПАРТИЈА 1 - Балон катетери за предилатацију monorail дизајна (Rx) (дијаметра 2.0 и више mm) (мерања се односе на балон дијаметра 3,0 mm)**

- Дужина балон катетера - дужи од 100 cm
- Минимална дужина балона - 10 mm или краће
- Максимална дужина балона - 20 mm или дуже

**ПАРТИЈА 2 - Балон катетери за предилатацију monorail дизајна (Rx), (дијаметра 1.5 mm и 1,25 mm) (мерања се односе на балон дијаметра 1,5 mm)**

- Дужина балон катетера - дужи од 100 cm
- Минимална дужина балона - 10 mm или краће
- Максимална дужина балона - 20 mm или дуже

**ПАРТИЈА 3 - Балон катетери за предилатацију хроничне тоталне оклузије monorail дизајна (Rx), (дијаметра 1.2 mm и мање) (мерања се односе на балон најмањег доступног дијаметра)**

- Дужина балон катетера - дужи од 100 cm
- Минимална дужина балона - 10 mm или краће
- Максимална дужина балона - 20 mm или дуже

**ПАРТИЈА 4 - НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних артерија (дијаметра 2.0 mm до 5 mm) (мерања се односе на балон дијаметра 3,0 mm)**

- Дужина балон катетера - дужи од 100 cm
- Захтеване дужине балон катетера - најмање 6 дужина балон катетера и то: 6mm; 8mm или 9mm; 12mm; 15mm; 20mm или 25mm и 27mm или 30mm
- Захтевани дијаметри балон катетера - најмање 11 дијаметара балон катетера и то: 2mm; 2.25mm; 2.5mm; 2.75mm; 3.0mm, 3.25mm; 3.5mm; 3.75mm; 4mm; 4.5mm и 5mm
- Захтевана величина балон катетера – најмање 55 величина балон катетера
- Захтевани минимални номинални притисак – 12 atm
- Захтевани минимални RBP – 18 atm
- Могућа „Kissing” техника два балона од 3mm дијаметра, у 6 french (0,070inch) лумену катетер водича катетера

**ПРИЛОГ Б – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**  
**ЈАВНА НАБАВКА БАЛОН КАТЕТЕРА ЗА 2019. ГОДИНУ БР 404-1-110/19-6**

**ПАРТИЈА 5 - НЕКОМПЛИЈАНТНИ нископрофилни балон катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних артерија (дијаметра 2.0 mm до 5 mm) (мерења се односе на балон дијаметра 3,0 mm)**

- Дужина балон катетера - дужи од 100 cm
- Entry profile  $\leq 0,015$  inch
- Захтеване дужине балон катетера - најмање 6 дужина балон катетера и то: 6mm; 8mm или 9mm; 12mm; 15mm; 20mm или 25mm и 27mm или 30mm
- Захтевани дијаметри балон катетера - најмање 11 дијаметара балон катетера и то: 2mm; 2.25mm; 2.5mm; 2.75mm; 3.0mm, 3.25mm; 3.5mm; 3.75mm; 4mm; 4.5mm и 5mm
- Захтевана величина балон катетера – најмање 55 величина балон катетера
- Захтевани минимални номинални притисак – 12 atm
- Захтевани минимални RBP – 20 atm
- Могућа „Kissing” техника два балона од 3mm дијаметра, у 6 french (0,070inch) лумену катетер водича катетера

**ПАРТИЈА 6 - НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних артерија отпорни на већи притисак за тешке калцификоване лезије (дијаметра 2.0 mm до 5 mm) (мерења се односе на балон дијаметра 3,0 mm)**

- Дужина балон катетера - дужи од 100 cm
- Слојеви балон катетера  $\geq 3$  слоја
- Захтеване дужине балон катетера - најмање 6 дужина балон катетера и то: 6mm; 8mm или 9mm; 12mm; 15mm; 20mm или 25mm и 27mm или 30mm
- Захтевани дијаметри балон катетера - најмање 11 дијаметара балон катетера и то: 2mm; 2.25mm; 2.5mm; 2.75mm; 3.0mm, 3.25mm; 3.5mm; 3.75mm; 4mm; 4.5mm и 5mm
- Захтевана величина балон катетера – најмање 55 величина балон катетера
- Захтевани минимални номинални притисак – 12 atm
- Захтевани минимални RBP – 22 atm
- Могућа „Kissing” техника два балона од 3mm дијаметра, у 6 french (0,070inch) лумену катетер водича катетера

**ПАРТИЈА 7- НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних артерија са могућношћу притиска преко 30 atm за резистентне – ригидне лезије (дијаметра 2,0 mm до 4,5 mm) (мерења се односе на балон дијаметра 3,0 mm)**

- Дужина балон катетера - дужи од 100 cm
- Минимална дужина балона - 10 mm или краће
- Максимална дужина балона - 20 mm или дуже

**ПАРТИЈА 8 - МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне тоталне оклузије**

- Дужина микро катетера - дужи од 100 cm
  - *External diameter* до 3 french

**ПАРТИЈА 9- МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне тоталне оклузије – ретроградни приступ**

- Дужина микро катетера - дужи од 135 cm
- *External diameter* до 2,6 french
  - Crossing профил катетера 0,62 mm (1,9 french)
  - Унутрашњи дијаметар тела катетера 0.55 mm (0.22“)
  - Унутрашњи дијаметар врха катетера 0.40 mm (0.016“)

**ПАРТИЈА 10 - Хибридни коаксијални хидрофилни микрокатетер од волфрама за хроничне тоталне оклузије (ЦТО)**

- Доступна дужине 135 и 150 cm, дијаметар дисталног шафта до 2,6 FRENCH-а
- Дијаметар проксималног шафта до 2,8 FRENCH-а

**ПРИЛОГ Б – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**  
**ЈАВНА НАБАВКА БАЛОН КАТЕТЕРА ЗА 2019. ГОДИНУ БР 404-1-110/19-6**

**ПАРТИЈА 11 – Микрокатетер са двоструким луменом**

- Проксимални дијаметар 3,2 *FRENCH*-а
- Дистални дијаметар  $\leq 3,3$  *FRENCH*-а
- Дужина катетера  $\geq 140$  cm
- хидрофилни премаз дужине  $\leq 38$  cm
- Унутрашњи дијаметар тела катетера  $\leq 0,43$  mm (0,017")
- Унутрашњи дијаметар врха  $\leq 0,43$  mm (0,017")

**ПАРТИЈА 12 - Аспирациони катетери – за мануелну аспирацију тромба**

- Дужина аспирационог катетера - дужи од 120 cm дијаметра до 6 *FRENCH*-а
- Површина аспирационог волумена већа или једнака од 0,8 mm<sup>2</sup>

**ПАРТИЈА 13 – Коронарни балон катетери обложени леком**

- Балон са леком
- Дијаметар балона од 2 mm до 3,5 mm или више
- Минимална дужина балона - 10 mm или краће
- Максимална дужина балона - 30 mm или дуже
- Профил за пролазак лезије: 1 mm или мање (Мерења се односе на балон дијаметра 3 mm)
- 1 публикована студија у *Current-u* са  $IF \geq 1.5$

**ПАРТИЈА 14 – РТА периферни балон обложен леком – *raclitaxel*, OTW систем**

- Примењени лек: *raclitaxel*
- Дијаметри балона - до 7 mm или више
- Минимална дужина балона - 40 mm или краће
- Максимална дужина балона - 120 mm или дуже
- 1 публикована студија у *Current-u* са  $IF \geq 1.5$

**ПАРТИЈА 15 - Балони за валвулопластику са ниским притиском пуцања**

- Обавезни дијаметри балон катетера од 5 mm до 30 mm
- Обавезно морају бити понуђене дужине балон катетера од 20 до 60 mm

**ПАРТИЈА 16 - Балони за валвулопластику са високим притиском пуцања**

- Обавезни дијаметри балон катетера од 5 mm до 30 mm
- Обавезно морају бити понуђене дужине балон катетера од 20 до 60 mm

**ПАРТИЈА 17 - Балон за мерење пречника преткоморске комуникације**

- Обавезни дијаметри балона од 20 mm и мање до 30 mm и више

**ПАРТИЈА 18 – Некомплијантни коронарни балон катетери са спиралном жицом за резистентне - ригидне лезије**

- Обавезно морају бити понуђене дужине балон катетера од 10-20 mm за употребу у коронарним артеријама дијаметра од 2-3.5 mm.
- 1 публикована студија у *Current-u* са  $IF \geq 1.5$

**ПАРТИЈА 19 – Некомплијантни коронарни балон катетери са жицом за резистентне - ригидне лезије**

- Обавезно морају бити понуђене дужине балон катетера од 10-20 mm за употребу у коронарним артеријама дијаметра од 2-3.5 mm.
- 1 публикована студија у *Current-u* са  $IF \geq 1.5$

**ПРИЛОГ Б – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**  
**ЈАВНА НАБАВКА БАЛОН КАТЕТЕРА ЗА 2019. ГОДИНУ БР 404-1-110/19-6**

**ПАРТИЈА 20 - Периферни балон катетери за перкутане интервенције на периферним артеријским крвним судовима**

- Балон дијаметра 9 mm компатибилан са уводником од 6 F
- Компатибилан са водичем од 0.035 inc.
- Дужина катетерског система – 130 cm и више
- Доступне дужине балона од 20 mm до 200 mm и више
- Доступни дијаметри балона од 3 mm до 10 mm и више

**ПАРТИЈА 21 - Периферни балон катетери за перкутане интервенције на подколеним артеријским судовима**

- Компатибилан са водичем од 0.014 до 0.018 inc. и уводником од 4 F
- Дужина катетерског система – 150 cm и више
- Доступне дужине балона од 130 mm и више
- Доступни дијаметри балона од 2 mm до 4 mm

**Сва понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.**

Сва понуђена медицинска средства морају бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања.