

ПРИЛОГ Б – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА/СПИСАК ПАРТИЈА
Интраокуларних сочива са пратећим специфичним потрошним материјалом који је
неопходан за његову имплантацију БР 404-1-110/19-81

Бр. партије	Назив партије	Јед. мере	Количине	Процењена јединична цена	Процењена вредност без ПДВ-а
1	Интраокуларна мека задњекморна сочива израђена од хидрофобног акрилата, изливена у комаду	КОМ	15.000	4.500,00	67.500.000,00
2	Интраокуларна мека задњекморна сочива израђена од хидрофилног акрилата, изливена у комаду	КОМ	6.000	3.000,00	18.000.000,00
3	Интраокуларна задњекморна сочива	КОМ	60	5.000,00	300.000,00
4	Интраокуларна мека асферична троделна задњекморна сочива израђена од хидрофобног акрилата фабрички упакована у једнократни ињектор	КОМ	4.000	4.500,00	18.000.000,00
5	Интраокуларна тврда (ПММА) задњекморна сочива	КОМ	2.000	800,00	1.600.000,00
6	Интраокуларна тврда (ПММА) предњекморна сочива	КОМ	300	1.000,00	300.000,00
7	Интраокуларна тврда (ПММА) сочива за дужичну фиксацију	КОМ	300	10.000,00	3.000.000,00
8	Интраокуларна трифокална мека задњекморна сочива израђена од акрилата изливена у комаду или мека задњекморна сочива изливена у комаду са проширеним опсегом вида и дифрактивним дизајном	КОМ	40	50.000,00	2.000.000,00
9	Торична интраокуларна мека задњекморна сочива израђена од акрилата изливена у комаду	КОМ	10	28.000,00	280.000,00
10	Интраокуларна мека асферична једноделна задњекморна сочива израђена од хидрофобног акрилата фабрички упакована у једнократни ињектор	КОМ	14.000	4.800,00	67.200.000,00
11	Натријум хијалуронат концентрације 1.4%-1.8%	ml	20.000	1.000,00	20.000.000,00
12	Комбинација Натријум хијалуроната (од 1,4% -4%) у хондроитин сулфате (од 3%-5%) или Натријум хијалуронат концентрације 3%	ml	9.000	2.000,00	18.000.000,00
13	Ножић за главну инцизију троугласти са маркером или од аустенитног челика 2,75mm	КОМ	28.000	400,00	11.200.000,00
14	Ножић за парацентезу 15 степени	КОМ	28.000	295,00	8.260.000,00
15	Ирис ретрактори од полипропилена - кукице за механичку дилатацију дужице	КОМ	300	900,00	270.000,00
16	Ирис ретрактори од полипропилена - кукице за механичку подршку капсуле	КОМ	100	900,00	90.000,00

ПРИЛОГ Б – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА/СПИСАК ПАРТИЈА

Интраокуларних сочива са пратећим специфичним потрошним материјалом који је неопходан за његову имплантацију БР 404-1-110/19-81

17	Балансирани раствор за око, од 500ml	КОМ	15.000	400,00	6.000.000,00
18	Балансирани раствор за око у кесама за апарат Centurion, од 500 ml	КОМ	2.000	1.100,00	2.200.000,00
19	Самолепљива офтамолошка прекривка (drape) са колекционом кесицом 50x60cm, или већи	КОМ	40.000	149,00	5.960.000,00
20	Капсуларни тензиони прстен дијаметра 10 mm или већи	КОМ	300	2.685,00	805.500,00
21	Хидроксипро-пилметил целулоза 2%-2,5%	ml	25.000	275,00	6.875.000,00
22	Контраст плаво, за бојење предње капсуле, концентрација трипан плавог 0,05% или више	ml	10.000	1.500,00	15.000.000,00
				Укупно:	272.840.500,00

Партија 1 - Интраокуларна мека задњекоморна сочива израђена од хидрофобног акрилата, изливена у комаду

- Пречник оптичког дела 5,75 - 6,40 mm
- Распон диоптрије од +6 до +30 или више (са инкрементима 0,5Д најмање за диоптрије од +10 до +30)
- Индекс рефракције $\geq 1,55$
- Square edge
- Без ангулације хаптика и са step vaulted хаптицима или са offset дизајном хаптика или stable force хаптицима
- Ињектор за једнократну употребу са припадајућим кертрицом за свако интраокуларно сочиво.

У случају да понуђач не располаже једнократним већ виšekратним ињектором, обавезан је да испоручи најмање два ињектора за виšekратну употребу свакој установи која има уговорену набавку сочива до 300 комада. Уколико је уговорена количина једнака или већа од 1000 сочива, Понуђач је обавезан да испоручи најмање три ињектора за виšekратну употребу. Број припадајућих кертрица мора бити 5% већи од броја набављених сочива.

Партија 2 - Интраокуларна мека задњекоморна сочива израђена од хидрофилног акрилата, изливена у комаду

- Пречник оптичког дела 5,75 - 6,25 mm
- Распон диоптрије од +0 до +30 (са инкрементима 0,5Д најмање за диоптрије од +10 до +30)
- Square edge
- Ињектор за једнократну употребу са припадајућим кертрицом за свако интраокуларно сочиво.

У случају да понуђач не располаже једнократним већ виšekратним ињектором, обавезан је да испоручи најмање два ињектора за виšekратну употребу свакој установи која има уговорену набавку сочива до 300 комада. Уколико је уговорена количина једнака или већа од 1000 сочива, Понуђач је обавезан да испоручи најмање три ињектора за виšekратну употребу. Број припадајућих кертрица мора бити 5% већи од броја набављених сочива.

Партија 3 - Интраокуларна задњекоморна сочива

- Распон диоптрије од -5 до 0
- Square edge
- Ињектор за једнократну употребу са припадајућим кертрицом за свако интраокуларно сочиво.

ПРИЛОГ Б – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА/СПИСАК ПАРТИЈА

Интраокуларних сочива са пратећим специфичним потрошним материјалом који је неопходан за његову имплантацију БР 404-1-110/19-81

У случају да понуђач не располаже једнократним већ виšekратним ињектором, обавезан је да испоручи најмање два ињектора за виšekратну употребу свакој установи која има уговорену набавку сочива до 300 комада. Уколико је уговорена количина једнака или већа од 1000 сочива, Понуђач је обавезан да испоручи најмање три ињектора за виšekратну употребу. Број припадајућих кертрица мора бити 5% већи од броја набављених сочива.

Партија 4 - Интраокуларна мека асферична троделна задњекморна сочива израђена од хидрофобног акрилата, фабрички упакована у једнократни ињектор

- Пречника оптичког дела 5,75 - 6,40 mm
- Распон диоптрије од +6 до +30 (са инкрементима 0,5Д)
- Модификовани ``С - Loop`` хаптици, са ангулацијом хаптика 5 степени
- Square edge или Sharp edge
- Асферични дизајн оптичког дела
- Фабрички упаковано у једнократни ињектор (``preloaded``)

Партија 5 - Интраокуларна тврда (ПММА) задњекморна сочива

- Пречник оптичког дела 5,75 - 6,40 mm
- Распон диоптрије од +6 до +30 (са инкрементима од 0.5Д за диоптрије преко +10 Д)

Партија 6 - Интраокуларна тврда (ПММА) предњекморна сочива

- Пречник оптичког дела 5,75 - 6,40 mm
- Распон диоптрије од +6 до +25 (са инкрементима од 0.5Д за диоптрије преко +10 Д)
- Укупни пречник предњекморног сочива 12 до 13 mm

Партија 7 - Интраокуларна тврда (ПММА) сочива за дужичну фиксацију

- Распон диоптрије од +2 до +30 или више

Партија 8 - Интраокуларна трифокална мека задњекморна сочива израђена од акрилата, изливена у комаду или мека задњекморна сочива изливена у комаду са проширеним опсегом вида и дифрактивним дизајном

- Ињектор за једнократну употребу са припадајућим кертрицом за свако интраокуларно сочиво.

У случају да понуђач не располаже једнократним већ виšekратним ињектором, обавезан је да испоручи најмање два ињектора за виšekратну употребу свакој установи која има уговорену набавку сочива до 300 комада. Уколико је уговорена количина једнака или већа од 1000 сочива, Понуђач је обавезан да испоручи најмање три ињектора за виšekратну употребу. Број припадајућих кертрица мора бити 5% већи од броја набављених сочива.

Партија 9 - Торична интраокуларна мека задњекморна сочива израђена од акрилата, изливена у комаду

- Square edge
- Без ангулације хаптика и са step vaulted хаптицима или са offset дизајном хаптика или stable force хаптицима
- Ињектор за једнократну употребу са припадајућим кертрицом за свако интраокуларно сочиво.

У случају да понуђач не располаже једнократним већ виšekратним ињектором, обавезан је да испоручи најмање два ињектора за виšekратну употребу свакој установи која има уговорену набавку сочива до 300 комада. Уколико је уговорена количина једнака или већа од 1000

ПРИЛОГ Б – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА/СПИСАК ПАРТИЈА

Интраокуларних сочива са пратећим специфичним потрошним материјалом који је неопходан за његову имплантацију БР 404-1-110/19-81

сочива, Понуђач је обавезан да испоручи најмање три ињектора за вишекратну употребу. Број припадајућих кертрица мора бити 5% већи од броја набављених сочива.

Партија 10 - Интраокуларна мека асферична једноделна задњекорна сочива израђена од хидрофобног акрилата, фабрички упакована у једнократни ињектор

- Пречник оптичког дела 5,75 - 6,40mm
- Распон диоптрије од +6 до +30 са инкрементима од 0,5Д
- Square edge или Sharp edge
- Асферични дизајн оптичког дела
- Модификовани "open-loop" хаптици без ангулације хаптика, са step vaulted, offset или stable force дизајном хаптика, са индексом рефракције ≥ 1.55 ; или модификовани "C-loop" хаптици са ангулацијом хаптика 5 степени и са индексом рефракције ≥ 1.52
- Фабрички упаковано у једнократни ињектор ("preloaded")

За партије 11 и 12 изабрани добављач ће бити у обавези да испоруку врши у паковањима која ће садржати појединачне дозе од 0,5 ml или више.

За партију 21 изабрани добављач ће бити у обавези да испоруку врши у паковањима која ће садржати појединачне дозе од 1 до 2 ml.

За партију 22 изабрани добављач ће бити у обавези да испоруку врши у паковањима која ће садржати појединачне дозе 0,5 до 2 ml.

За партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 понуђач доставља Изјаву да ће обезбедити неопходан распон диоптрија, као и да ће извршити замену диоптрија, у складу са потребама Купца, дату под материјалном и кривичном одговорношћу, потписану од стране овлашћеног лица понуђача.

За партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 понуђач је у обавези да достави упутство за употребу за сва понуђена добра у наведеним партијама