

ПРИЛОГ Б – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА КОРОНАРНИ СТЕНТОВИ ЗА 2020. ГОДИНУ БР 404-1-110/20-31

Бр. партије	Назив партије	јед. мере	Количине	Процењена јединична цена	Процењена вредност без ПДВ-а по партијама
1	Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина) са дебелином жице (strut thickness) < 0.0032 inch(дебљина жице се односи на стент дијаметра 3,0mm)	ком	500	6.383,00	3.191.500,00
2	Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина), са аблуминалним биодеграбилним полимером, обложен имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-а	ком	5.500	35.000,00	192.500.000,00
3	Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина), са циркумферентним биодеграбилним полимером, обложен имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-а	ком	3.900	35.000,00	136.500.000,00
4	Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина), са три нелинеарна флексибилна конектора у целој дужини стента или хибридни дизајн ћелије са перманентним полимером, обложен имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-а	ком	5.000	35.000,00	175.000.000,00
5	Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина) без полимера, обложен имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-а	ком	3.900	35.000,00	136.500.000,00
6	Коронарни стент израђен од нерђајућег челика без полимера, обложен имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-а	ком	1.200	35.000,00	42.000.000,00
7	Коронарни стент отвореног дизајна, израђен од вишеструке сегментне легуре хрома (кобалт или платина) са перманентним полимером обложен имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-а	ком	3.500	35.000,00	122.500.000,00
8	Прекривени коронарни стент за збрињавање акутних коронарних перфорација и руптура	ком	20	80.000,00	1.600.000,00
Укупно			23.520	/	809.791.500,00

ПРИЛОГ Б – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА КОРОНАРНИ СТЕНТОВИ ЗА 2020. ГОДИНУ БР 404-1-110/20-31

Понуђена добра морају да испуњавају следеће карактеристике: (за партије 1-6)

- Премонтиран на дилатациони балон;
- Monorail (Rapid exchange) дизајн;
- Доступне дужине стента од 12 mm (или мање) до 28 mm (или више);
- Доступни дијаметри стента од 2,5 mm (или мање) до 3,5 mm (или више).

Понуђена добра морају да испуњавају следеће карактеристике: (за партију 7)

- Премонтиран на дилатациони балон;
- Monorail (Rapid exchange) дизајн;
- Доступни дијаметри стента од 2,0 mm до 5 mm.

Понуђена добра морају да испуњавају следеће карактеристике: (за партију 8)

- Monorail (Rapid exchange) дизајн
- 6F guiding компатибилност
- Профил за пролазак лезије: 1,20 mm или мање (мерење се односи на стент дијаметра 3 mm)
- Дужине од 15 до 25 mm или више
- Дијаметри од 2,5 до 4,5 mm или више

Сва понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

Сва понуђена медицинска средства морају бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања од дана испоруке.