

ПРИЛОГ Б – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Јавна набавка филтера за еритроците и тромбоците, филтрираних накнадно, сетова за донорске аферезне поступке и аутотрансфузионих система/сетова за интраоперативно спашавање крви

Број јавне набавке : 404-1-110/20-30

Бр партије	Назив партије	Јед. мере	Количина за 24 месеца	Процењена јединична цена	Процењена вредност без ПДВ-а за 24 месеци
1.	Филтери за еритроците филтрирани накнадно	комад	10.000	889,00	8.890.000,00
2.	Филтери за тромбоците филтрирани накнадно	комад	8.000	1.450,00	11.600.000,00
3.	Сетови за донорске аферезне поступке (тромбоците) компатибилни типу апарата HAEMONETICS MCS +	комад	4.000	14.850,00	59.400.000,00
4.	Сетови за донорске аферезне поступке компатибилни типу апарата TRIMA Accel	комад	4.000	14.500,00	58.000.000,00
5.	Системи/сетови компатибилни типу апарата Autolog	комад	1.540	16.000,00	24.640.000,00
6.	Системи/сетови компатибилни типу апарата Cell Saver 5, Cell Saver 5+	комад	4.000	16.000,00	64.000.000,00
7.	Системи/сетови компатабилни типу апарата Electa и XTRA	комад	5.000	16.000,00	80.000.000,00
8.	Стерилна двоканална аспирациона линија са капаљком за интраоперативно спашавање	комад	40	1.680,00	67.200,00
9.	Сетови за донорске и/или терапијске аферезне поступке компатибилни типу апарата Spectra Optia				
1	Spectra Optia Exchange set – сет за терапијске измене плазме(терпијске аферезне процедуре)	комад	500	26.200 ,00	13.100.000,00
2	Spectra Optia IDL set - за терапијско/донорско прикупљање ћелија	комад	150	28.490,00	4.273.500,00
3	Spectra optia Collection set – за донорско прикупљање ћелија	комад	30	27.750,00	832.500,00

ПРИЛОГ Б – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Јавна набавка филтера за еритроците и тромбоците, филтрираних накнадно, сетова за донорске аферезне поступке и аутотрансфузионих система/сетова за интраоперативно спашавање крви

Број јавне набавке : 404-1-110/20-30

УКУПНО за 24 месеци:	324.803.200,00
-----------------------------	----------------

ПАРТИЈА 1 - Филтери за еритроците филтриране накнадно

Ови филтери морају испуњавати следеће:

- ❖ Филтровање јединица еритроцита чији је хематокрит 0,50 до 0,75 l/l;
- ❖ Да број резидуалних леукоцита након филтровања треба да буде мањи од 1×10^6 по јединици филтрованих еритроцита;
- ❖ Понуђено добро мора имати у склопу система убодну иглу за кесу
- ❖ СЕ стандард;

ПАРТИЈА 2 - Филтери за тромбоците филтриране накнадно

Ови филтери морају испуњавати следеће:

- ❖ Да је број резидуалних леукоцита по јединици тромбоцита у пулу након филтровања мањи од $0,2 \times 10^6$;
- ❖ Понуђено добро мора имати у склопу система убодну иглу за кесу
- ❖ СЕ стандард;

ПАРТИЈА 3 - Сетови за донорске аферезне поступке (тромбоците) компатибилни типу апарата HAEMONETICS MCS +

Карактеристике сетова компатибилних апарату HAEMONETICS MCS+ :

- ❖ Ознака сета 997 CF-E
- ❖ Неопходно је да се путем сета обезбеди:
 - Издвајање више од 200×10^9 тромбоцита по аферезној јединици;
 - Да је број резидуалних леукоцита мањи од 1×10^6 по аферезној јединици
 - Да у комплету са сетом буде одговарајући антикоагуланс;
- ❖ СЕ стандард;

ПАРТИЈА 4 - Сетови за донорске аферезне поступке компатибилни типу апарата TRIMA ACCEL

Карактеристике сетова компатибилних апарату TRIMA ACCEL:

- ❖ Trima ACCEL LRS PLATELET, PLASMA, RBC SET (with ACD)
- ❖ Ознака сета 80400;
- ❖ Неопходно је да се путем сета обезбеди:
 - Издвајање више од 200×10^9 тромбоцита по аферезној јединици;
 - Да је број резидуалних леукоцита мањи од 5×10^6 по аферезној јединици;
 - Да у комплету са сетом буде одговарајући антикоагуланс;

ПРИЛОГ Б – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Јавна набавка филтера за еритроците и тромбоците, филтрираних накнадно, сетова за донорске аферезне поступке и аутотрансфузионих система/сетова за интраоперативно спашавање крви

Број јавне набавке : 404-1-110/20-30

- ❖ CE стандард;
- Понуђени системи/сетови из ПАРТИЈЕ 5, 6 и 7 морају бити компатибилни са апаратима које поседују здравствене установе у Републици Србији и то:
 - ❖ Autolog tm, „Medtronic” SAD;
 - ❖ Cell Saver 5, Cell Saver 5 +, “Haemonetics SAD”;
 - ❖ Electa, XTRA “Sorin Dideco”, Италија;
- Понуђени комплет за ПАРТИЈУ 5, 6 и 7 подразумева:
 - а) Стерилну двоканалну аспирациону линију са капаљком;
 - б) Стерилни чврсти аутотрансфузиони резервоар запремине од најмање 3 л са микроагрегатним филтером до 40 микрона;
 - в) Стерилно ротирајуће звоно запремине од 50 до 225 ml са одговарајућим системом пластичних цеви, кесом за прикупљање процесираних крви и кесом за отпад.
 - г) Припадајућа кутија, где су претходна 3 дела упакована као комплет.

ПАРТИЈА 9 - сетови за терапијске /донорске процедуре компатибилне апарату Spectra Optia Terumo ВСТ :

- Spectra Optia Exchange set – сет за терапијске измене плазме (терапијске аферезне процедуре) -
- Spectra Optia IDL set - за терапијско/донорско прикупљање ћелија
- Spectra optia Collection set – за терапијско /донорско прикупљање ћелија
- Неопходно је да се путем сета обезбеди одговарајући антикоагуланс
- CE стандард