

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
 е-mail: public@rzzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09
 08/2 број: 404-1-135/13-23
 14.01.2014. године

Предмет: додатне информације у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке графтова, ендоваскуларних графтова и пратећег потрошног материјала за 2014. годину – бр.ЈН:404-1-110/14-16, сходно чл. 63 Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/12)

Дана 14.01.2014. године заинтересовано лице се обратило са захтевом за додатним информацијама у вези са припремањем понуде за јавну набавку графтова, ендоваскуларних графтова и пратећег потрошног материјала за 2014. годину – бр.ЈН:404-1-110/14-16.

Питање заинтересованог лица и одговор Наручиоца:

Питање:

У конкурсној документацији ЈН 404-1-110/14-16 за партију бр. 1 - Импрегнирани тубуларни полиестер (Dacron®) графтови промера 24 и 22 мм, за партију бр. 2 - Импрегнирани тубуларни полиестер (Dacron®) графтови промера 20,18 и 16 мм, партију бр.3 - Импрегнирани тубуларни полиестер (Dacron®) графтови промера 8 и 6 мм, партију бр. 10 - Тубуларни PTFE графтови споља ојачани са "прстеновима" или "спиралом" промера 8 и 6 мм и партију бр.12- PTFE графт за хемодијализу промера 5 и 6 мм нису наведене дужине графтова.

Молимо Вас за појашњење.

Одговор:

ПАРТИЈА	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Минимална дужина графта
1.	Импрегнирани тубуларни полиестер (Dacron®) графтови промера 24 и 22 мм	50 цм
2.	Импрегнирани тубуларни полиестер (Dacron®) графтови промера 20,18 и 16 мм	30 цм
3.	Импрегнирани тубуларни полиестер (Dacron®) графтови промера 8 и 6 мм	60 цм
10.	Тубуларни PTFE графтови споља ојачани са "прстеновима" или "спиралом" промера 8 и 6 мм	60 цм
12.	PTFE графт за хемодијализу промера 5 и 6 мм	40 цм

Истичемо, да ће Наручилац пречишћену верзију конкурсне документације, са свим изменама, објавити до 17.01.2013. године на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку