

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042  
 е-mail: [public@rzzo.rs](mailto:public@rzzo.rs) ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09  
 08/2 број: 404-1-135/13-19  
 14.01.2014. године

Предмет: додатне информације у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке графтова, ендоваскуларних графтова и пратећег потрошног материјала за 2014. годину – бр.ЈН:404-1-110/14-16, сходно чл. 63 Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/12)

Дана 13.01.2014. године заинтересовано лице се обратило са захтевом за додатним информацијама у вези са припремањем понуде за јавну набавку графтова, ендоваскуларних графтова и пратећег потрошног материјала за 2014. годину – бр.ЈН:404-1-110/14-16.

**Питања заинтересованог лица и одговори Наручиоца:**

**Питање бр. 1:**

У делу IV техничке спецификације за партије 1-13 наведени су захтевани промери графтова, али нису наведене дужине тражених добара. Молим да нам као потенцијалном понуђачу појасните које су минималне дужине графтова које могу бити понуђене.

**Одговор на питање бр. 1:**

ПАРТИЈА	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Минимална дужина графта
1.	Импрегнирани тубуларни полиестер (Dacron®) графтови промера 24 и 22 мм	50 цм
2.	Импрегнирани тубуларни полиестер (Dacron®) графтови промера 20,18 и 16 мм	30 цм
3.	Импрегнирани тубуларни полиестер (Dacron®) графтови промера 8 и 6 мм	60 цм
4.	Импрегнирани полиестер (Dacron®) графтови обложени сребро-ацетатом – Триаксијални, промера 8 мм, дужине 100x60 цм	вертикални део 100 цм, а хоризонтални део 45 цм
5.	Импрегнирани полиестер (Dacron®) графтови обложени сребро-ацетатом – Бифуркациони, промера 16x8 и 14x7 мм	укупна минимална дужина графта (тело графта+крак) 45 цм
6.	Импрегнирани бифуркациони полиестер (Dacron®) графтови 20x10, 18x9,16x8,14x7 и 12x6 мм	укупна минимална дужина графта (тело графта+крак) 45 цм
7.	Тубуларни РТФЕ графтови споља ојачани са "прстеновима" или "спиралом" промера 20, 18 мм	30 цм
8.	Тубуларни РТФЕ графтови споља ојачани са "прстеновима" или "спиралом" промера 16 мм	30 цм
9.	Тубуларни РТФЕ графтови споља ојачани са "прстеновима" или "спиралом" промера 12 и 10 мм	50 цм

10.	Тубуларни PTFE графтови споља ојачани са "прстеновима" или "спиралом" промера 8 и 6 мм	60 цм
11.	Конусни PTFE графт споља ојачан са "прстеновима" или "спиралом" промера 7- 5 мм	60 цм
12.	PTFE графт за хемодијализу промера 5 и 6 мм	40 цм
13.	Импрегнирани тубуларни полиестер (Dacron®) графтови обложени сребро-ацетатом промера 8 и 6 мм	60 цм

**Питање бр. 2:**

У делу IV конкурсне документације за партије 1-6 наведено је да полиестер графтови треба да буду импрегнирани, молимо да нам као потенцијалном понуђачу појасните који материјал за импрегнацију је прихватљив.

**Одговор на питање бр. 2:**

ПАРТИЈА	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Облога графта
1.	Импрегнирани тубуларни полиестер (Dacron®) графтови промера 24 и 22 мм	Колеген или желатин или албумин
2.	Импрегнирани тубуларни полиестер (Dacron®) графтови промера 20,18 и 16 мм	Колеген или желатин или албумин
3.	Импрегнирани тубуларни полиестер (Dacron®) графтови промера 8 и 6 мм	Колеген или желатин или албумин
4.	Импрегнирани полиестер (Dacron®) графтови обложени сребро-ацетатом – Триаксијални, промера 8 мм, дужине 100x60 цм	Колеген или желатин или албумин
5.	Импрегнирани полиестер (Dacron®) графтови обложени сребро-ацетатом – Бифуркациони, промера 16x8 и 14x7 мм	Колеген или желатин или албумин
6.	Импрегнирани бифуркациони полиестер (Dacron®) графтови 20x10, 18x9,16x8,14x7 и 12x6 мм	Колеген или желатин или албумин

Истичемо, да ће Наручилац пречишћену верзију конкурсне документације, са свим изменама, објавити до 17.01.2013. године на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку