
Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-маил: публиц@рззо.рс ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09
08/2 бр. 404-1-2/14-12
19.02.2014. године

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке Балон катетера за 2014. годину број ЈН 404-1-110/14-20

Дана 18.02.2014. године заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке Балон катетера за 2014. годину, број ЈН 404-1-110/14-20, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).

Питање заинтересованог лица:

Молим да нам доставите појашњење кокурсне документације за учешће у поступку јавне набавке бр. 404-1-110/14-20:

1. Да ли ћете у партији бр. 9 прихватити балон минималне дужине 15 mm?

Одговор:

Одговор– Минимална дужина балон катетера од 15 mm неће бити прихваћена, јер не одговара траженој техничкој спецификацији. Дефинисане и тражене обавезујуће димензије у конкурсној документацији, минималне дужине балона - 10 mm или краће одговарају потребама у клиничкој пракси.