

---

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042  
е-маил: [публиц@рззо.рс](mailto:публиц@рззо.рс) ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09  
08/2 бр. 404-1-2/14-7  
05.02.2014. године

**ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке Балон катетера за 2014. годину број ЈН 404-1-110/14-20**

Дана 03.02.2014. године заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке Балон катетера за 2014. годину, број ЈН 404-1-110/14-20, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).

**Питања заинтересованог лица:**

У техничкој спецификацији за партију број 11- Балони за валвулопластику са ниским притиском пуцања, тржени су обавезни дијаметри балон катетера од 4mm до 30mm. Будући да већина произвођача на тржишту има балон катетере за валвулопластику чији се дијаметри крећу у распону од 5 mm па све до 15mm за педијатријске пацијенте, као и у распону од 15mm па све до 35mm за одрасле пацијенте, наше питање гласи, да ли ће комисија прихватити понуду реномираног светског произвођача чији се педијатријски балон катетери за валвулопластику крећу у распону од 5 mm па све до 35 mm код одраслих пацијената?

Сматрамо да би на овај начин било омогућено учешће много већег броја понуђача, као и понуда материјала од реномираних светских произвођача.

**Одговор:**

Комисија за јавну набавку извршиће измену техничке спецификације за партију 11. Балони за валвулопластику са ниским притиском пуцања, тако да сходно наведеном пречишћен текст конкурсне документације биће накнадно објављен на порталу Јавних набавки и интернет страници Наручиоца.