

08/2 бр. 404-1-127/13-6
17.12.2013. године

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке крв и компоненте о крви за 2014.годину, број јавне набавке: 404-1-110/14-8

Дана 16.12.2013. године заинтересовано лице се обратило захтевом за додатним информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке крв и компоненте о крви за 2014.годину, број јавне набавке: 404-1-110/14-8, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).

Питање потенцијалног понуђача:

"У вези са ЈН 404-1-110/14-8 Крв и компоненте од крви 2014.годину, страна 9, Партија 3 имамо напомену:

Неопходно је додати ставку: антикоагуланс.

У противном, морамо да именујемо сет К997 CFE или К994 CFE (К=комплет) јер не можемо да испоручимо тј. књиговосствено да раздужимо АСДА (антикоагуланс).

ПАРТИЈА 3 – СЕТОВИ ЗА ДОНАТОРСКЕ АФЕРЕЗНЕ ПОСТУПКЕ (ТРОМБОЦИТЕ) КОМПАТИБИЛНИ ТИПУ АПАРАТА НЕАМОНЕТИКС МКС +

Карактеристике сетова компатибилних апарату НЕАМОНЕТИКС МКС +:

- Ознака сета 997 CF-E и/или 994 CF-E
- Антикоагуланс
Кат.бр. назив
426С АСД-А 500ml
- Ознака софтвера LDP MCS + plat&plasma w/filter"

Одговори Наручиоца:

У делу IV Конкурсне документације - техничка спецификација, на страни 10, наведено је да је за ПАРТИЈУ 3 - СЕТОВИ ЗА ДОНОРСКЕ АФЕРЕЗНЕ ПОСТУПКЕ (ТРОМБОЦИТЕ) КОМПАТИБИЛНИ ТИПУ АПАРАТА НЕАМОНЕТИКС МКС +, неопходно да се путем сета, између осталог, обезбеди да у оквиру сета буде антикоагуланс произвођача сета.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ