
Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-маил: публиц@рззо.рс ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

Сектор за јавне набавке
08/2 број: 404-1-7/15-37
26.3.2015. године

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке Балон катетера за 2015. годину, бр. јн. 404-1-110/15-15

Дана 26.3.2015. године заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом са појашњењем у вези поступка јавне набавке Балон катетера за 2015. годину, бр. јн. 404-1-110/15-15, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 и 14/15).

Питања заинтересованог лица и одговори гласе:

Питање број 1: У прилогу II-Техничка спецификација, на страни 3, за партију 8. један од тражених критеријума је да “површина аспирационог волумена да буде већа од 1мм²”.

Увидом у каталог доступне на интернет страницама произвођача аспирационих катетера, чији су производи регистровани у Републици Србији, приметили смо да само један произвођач задовољава тражени критеријум, што је у супротности са чланом 10 ЗЈН.

Молимо вас да коригујете горе наведени критеријум тако да гласи “површина аспирационог лумена буде од $\leq 0,929 \text{ mm}^2$ до $\geq 1.0645 \text{ mm}^2$ ” као што је било дефинисано у оквиру техничких карактеристика за предметно добро у поступцима јавних набавки из претходних година.

Одговор: Примедба се прихвата, те ће сходно томе бити извршена измена конкурсне документације у прилогу II - техничка спецификација, у складу са захтевом.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ