

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-mail: public@rzzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09
08/2 број: 404-1-10/15-14
27.05.2015. године

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Интраокуларних сочива, број 404-1-110/15-18 сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12 и 14/15)

Дана 27.05.2015. године, заинтересовано лице се путем електронске поште обратило наручиоцу са захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Интраокуларних сочива број 404-1-110/15-18 у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12 и 14/15).

- **Питање заинтересованог лица**

Наручилац у техничкој спецификацији (страна 6. Конкурсне документације) тражи сочива у распону од 0D до +30D.

Произвођач „Rayner“ располаже у том распону са два сочива и то Superflex и Cflex.

Распон тих сочива је:

Cflex	од 8D до +34D	Корак 1, 0.5 0.25	5.75mm
Superflex	Од -10D до +25D.	Корак 1, 0.5 0.25	6.25mm

Сочива су регистрована као посебна медицинска средства. Сочива су од истог материјала и потпуно истих карактеристика али покривају различите диоптрије. Због тога имају и различит оптички дијаметар.

Да ли ће наручилац прихватити понуду са два медицинска средства (сочива) која покривају тражени диоптријски распон?

- **Одговор наручиоца:**

Наручилац ће понуду ценити као прихватљиву у којој понуђач понуди две врсте сочива која су регистрована као посебна медицинска средства уколико испуњавају услове за предметну набавку, односно ако су изграђена од истог материјала и потпуно истих карактеристика али покривају различите диоптрије. Такође је потребно да таква сочива имају исту јединичну цену.