
Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
e-mail: public@rzzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09
08/2 број: 404-1-10/15-50
04.09.2015. године

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Интраокуларних сочива, број 404-1-110/15-18 сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

Дана 02.09.2015. године, заинтересовано лице се путем електронске поште обратило наручиоцу са захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Интраокуларних сочива број 404-1-110/15-18 у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

- **Питање заинтересованог лица бр. 1:**

„Изменом конкурсне документације од 27.08.2015. Наручилац тражи достављање клиничке студије о стопи глистенинга код траженог сочива, за партије 1. и 3.

„Да ли понуђач може уместо клиничке студије доставити текст из референтног офталмолошког часописа (нпр. Cataract & Refractive Surgery Today, и слично) са наводима о стопи глистенинга и позивањем на одговарајућу клиничку студију, са јасно наведеном референцом?“

- **Одговор наручиоца на питање број 1:**

Неопходно је доставити текст комплетне Клиничке студије са наведеним траженим параметрима из техничке спецификације без обзира где и када је објављена.

- **Питање заинтересованог лица бр. 2:**

„ Да ли наведени текст или клиничка студија може да се односи на стопу глистенинга у дужем временском периоду од тражених 1-2 године након уградње сочива?“

- **Одговор наручиоца на питање број 2:**

Временски период може бити и дужи, али је неопходно да јасно буду исказани тражени параметри из техничке спецификације који се односе конкретно за период од једне или две године као што је предвиђено техничком спецификацијом.

- **Питање заинтересованог лица бр. 3:**

„С обзиром да произвођач сва своја мека интраокуларна сочива израђује од потпуно истог хидрофобног акрилатног материјала, што указује на идентичну стопу глистенинга код свих сочива произвођача - да ли понуђач може поднети изјаву произвођача у овом смислу и поднети један текст или клиничку студију који ће се односити на једно од сочива израђених од хидрофобног акрилатног материјала произвођача, а која би била валидна за понуду и за партију 1. и за партију 3?“

- **Одговор наручиоца на питање број 3:**

Понуђачи су дужни да доставе искључиво клиничке студије за сваку партију посебно као што је и наведено у техничкој спецификацији.

- **Питање заинтересованог лица бр. 4:**

„Да ли понуђач може доставити текст или клиничку студију која се односи на резултате ин-витро испитивања стопе глистенинга код понуђених сочива?

- **Одговор наручиоца на питање број 4:**

Наручилац неће прихватити ин-витро испитивања јер она не представљају клиничку студију.

- **Питање заинтересованог лица бр. 5:**

„Да ли поднесени текст или клиничка студија може бити достављена на страном језику?“

- **Одговор наручиоца на питање број 5:**

Документација који се односи на техничке карактеристике, квалитет и техничку документацију, може се доставити на страном језику (по могућству на енглеском језику), које је понуђач на захтев наручиоца дужан да преведе на српски језик.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ