

---

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042  
е-маил: public@rzzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

---

Сектор за јавне набавке  
08/2 број 404-1-23/15-16  
06.4.2015. године

**Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке Каротидних и периферних стентова за 2015. годину, бр. јн. 404-1-110/15-30**

Дана 03.4.2015. године заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом са појашњењем у вези поступка јавне набавке Каротидних и периферних стентова за 2015. годину, бр.јн. 404-1-110/15-30, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 и 14/15).

**Питање заинтересованог лица гласи:**

**Питање број 1** – Изменом тендерске документације за партију 12 од 31.3.2015. промењен је услов у вези са испуњавањем техничких карактеристика и сада гласи:

- Обавезни дијаметри стента од 5 mm до 7mm

У жељи да омогућите што већу конкуретност, ускратили сте могућност учествовања осталим понуђачима који су претходне четири године (2011-2014) подносили понуду за поменути партију на основу тада важећих техничких карактеристика:

- Обавезни дијаметри стента од 4mm до 6mm

Молимо вас да измените конкурсну документацију како би и досадашњи понуђачи могли равноправно да учествују у јавној набавци. У том смислу, предлажемо да опис техничких карактеристика гласи:

- Обавезни дијаметри стента од 4mm до 6mm или од 5mm до 7mm

**Одговор – Прихвата се примедба у вези обавезних дијаметра стента за партију 12- Ренални стентови премонтирани на балон, па ће у складу за захтевом бити извршена измена конкурсне документације у прилогу II - техничка спецификација.**

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**