

---

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042  
е-маил: [публиц@рфзо.рс](mailto:публиц@рфзо.рс) ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

---

08/2 бр. 404-1-26/15-23  
30.4.2015. године

**ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке Пејсмејкери, електроде и имплантабилни дефибрилатори и пратећи потрошни материјал бр. ЈН: 404-1-110/15-39**

Дана 28.4.2015. године заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке Пејсмејкери, електроде и имплантабилни дефибрилатори и пратећи потрошни материјал бр. ЈН: 404-1-110/15-39, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12 и 14/15).

**Питања заинтересованог лица и одговори Наручиоца:**

**Питање број 1:**

Да ли је прихватљиво да се премаши процењена вредност појединачне ставке у партији, а да при томе процењена вредност целе партије не буде премашена?

На тај начин би сте омогућили лакшу примену захтева 3.4. из Упутства понудјачима, а без икаквих последица по процењене вредности.

**Одговор на питање број 1:**

Приликом оцена понуда Комисија ће, код партија које се састоје из више ставки, у обзир узимати процењену вредност дату за "целу" партију.

Комисија остаје при захтеву наведеном у делу IV конкурсне документације, тачка 3 – Цена у понуди, подтачка 3.4., односно да у случају да понуђач нуди исто добро у више партија, цена тог добра се не сме разликовати, односно мора бити иста у свим партијама за које подноси понуду

**Питање број 2:**

У партији 8 у прилогу 2 који се односи на техничке спецификације, делује да су замењене процењене вредности ставке 2 и ставке 3, па Вас молим да исте ревидирате и по потреби исправите.

**Одговор на питање број 2:**

Комисија је констатовала да је у прилогу број 2 конкурсне документације – техничка спецификација дошло до пермутације процењених вредности наведених за ставке 2 и 3 у оквиру партије 8.

Напред наведено ће бити исправљено.

**Питање број 3:**

У Прилогу 2 који се односи на техничке спецификације за партије 5, 6, 7 и 8 у којима се траже HV elektrode aktivne ili pasivne fiksacije "single coil" ili "dual coil" није прецизно наведено који се стандард конекција тражи између горе поменутих HV електрода и дефибрилационих уређаја. Да ли то значи да се за партије 5, 6, 7 и 8 стандард конекција односи на DF-1?

**Одговор на питање број 3:**

Стандардна конекција се односи на DF-1, међутим уколико се даје могућност за DF-4 конекцију, она је прихватљива, али под условом да се остави могућност крајњем кориснику да опционо захтева или једну или дугу конекцију, како за электроду тиме и за апарат, јер је могуће да само апарат са предвиђеном DF-4 конекцијом буде спојен са електродом са DF-4 конекцијом, као и због чињенице да имамо и ситуације у којима се предвиђа замена ранијих апарата, услед чега и даље постоји потреба за одређеном количином DF-1 конекције.

**Истичемо, да ће Наручилац пречишћену верзију конкурсне документације и пратећих прилога, објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.**

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**