

08/2 бр. 404-1-26/15-15
27.4.2015. године

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке Пејсмејкери, електроде и имплантабилни дефибрилатори и пратећи потрошни материјал бр. ЈН: 404-1-110/15-39

Дана 24.4.2015. године заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке Пејсмејкери, електроде и имплантабилни дефибрилатори и пратећи потрошни материјал бр. ЈН: 404-1-110/15-39, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12 и 14/15).

Питања заинтересованог лица и одговори:

Питање бр. 1 - Да ли је у питању техничка грешка да исти производ из партије број 21. ставка 2 - Електрода биполарна, конекције ИС-1 пасивне или активне фиксације, права или "J"-кривина) са заштитом од магнетне резонанце и производ из партије број 22. ставка 2 са потпуно истим описом, имају различиту процењену јединичну цену?

Одговор бр. 1 – Имајући у виду да је производ из партије број 21. ставка 2 - Електрода биполарна, конекције ИС-1 пасивне или активне фиксације, права или "J"-кривина) са заштитом од магнетне резонанце исти производ као и производ из партије број 22. ставка 2, а да је услед техничке грешке дефинисана различита процењена вредност, овим путем вас обавештавамо да ће бити извршена измена конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

57015.02/47