

Прилог I – Техничка спецификација

Партија	Предмет набавке	Јединична цена	Количина	Процењена вредност без ПДВ-а
1.	Системи/сетови компатибилни типу апарата Sequestra 1000 и Autolog	16.000,00	1650	26.400.000,00
2.	Системи/сетови компатибилни типу апарата Cell Saver 5, Cell Saver 5 +	16.000,00	1500	24.000.000,00
3.	Системи/сетови компатибилни типу апарата Electa и XTRA	16.000,00	1500	24.000.000,00
4	Стерилна двоканална аспирациона линија са капаљком за интраоперативно спашавање	1.680,00	140	235.200,00
Укупно :				74.635.200,00

Понуђени системи/сетови морају бити компатибилни са апаратима које поседују здравствене установе у Републици Србији и то:

- Sequestra 1000 i Autolog tm, „Medtronic” SAD;
- Cell Saver 5, Cell Saver 5 +, “Haemonetics SAD”;
- Electa, XTRA “Dideco”, Italija;

Понуђени комплет за партију 1, партију 2 и партију 3 подразумева:

- а) Стерилну двоканалну аспирациону линију са капаљком;
 - б) Стерилни чврсти аутоотранфузиони резервоар запремине од најмање 3 l са микроагрегатним филтером до 40 микрона;
 - в) Стерилно ротирајуће звоно запремине од 50 до 225 ml са одговарајућим системом пластичних цеви;
 - г) Припадајућа кутија, где су претходна 3 дела упакована као комплет.
- Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.
 - Понуђена медицинска средства морају бити стерилно упакована и имати рок трајања од најмање 12 (дванаест) месеци од дана испоруке.