



Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
e-mail: public@rfzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

08/2 Број: 404-1-22/16-9
05.07.2016. године

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Филтера за еритроците филтрираних накнадно, филтера за тромбоците филтрираних накнадно и сетова за донорске аферезне поступке ЈН 404-1-110/16-22 сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15).

Дана 01.07.2016. године, након истека радног времена, заинтересовано лице се путем електронске поште обратило наручиоцу захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Филтера за еритроците филтрираних накнадно, филтера за тромбоците филтрираних накнадно и сетова за донорске аферезне поступке ЈН 404-1-110/16-22, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама

Захтев заинтересованог лица:

“ У складу са чл. 63 ст. 2, Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15), обраћамо Вам се као потенцијални понуђач у поступку јавне набавке филтера за еритроците филтрираних накнадно, филтера за тромбоците филтрираних накнадно и сетова за донорске аферезне поступке (тромбоците)- ЈН 404-1-110/16-22 ради добијања додатних информација (појашњења) у вези прпремања понуде.

Имајући у виду чињеницу да произвођач Terumo ВСТ за извођење донорских аферезних поступака (тромбоците) поред апарата Trima Accel, за који се и спроводи набавка потрошног материјала кроз партију број 4 – сетови за донорске аферезне поступке (тромбоците) у свом асортиману има и апарата Spectra Optia (а исти у свом раду користи: Клинички центар Војводине, Институт за трансфузију крви Србије, Универзитетска дечија клиника Београд...) предлажемо да наручилац измени опис партије бр. 4 у делу назива апарата као и у делу количне потребног материјала те да у опису партије уместо „ Сетови за донорске аферезне поступке (тромбоците) компатибилне типу апарата „ TRIMA Accel“ стоји „ Сетови за донорске аферезне поступке (тромбоците) компатибилне типу апарата „ TRIMA Accel i Spectra Optia“ или да евентуално формира посебну партију за сетове компатибилнее апарату Spectra Optia.“

Одговор наручиоца:

Техничком спецификацијом конкурсне документације, за партију 4, дефинисани су Trima Accel апарати, из разлога што се у референтним здравственим установама, исти користе за донорске аферезне поступке (тромбоцити), док се апарати Spectra Optia или не користе уопште или се користе за терапијске аферезне поступке, а који нису предмет ове јавне набавке.

На основу наведеног, комисија наручиоца остаје при наводима датим у конкурсној документацији, односно при првобитној садржини конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ