

08/2 бр. 404-1-3/14-16
05.02.2014. године

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке уградног материјала у кардиохирургији – валвуле и рингови за 2014. годину, број ЈН 404-1-110/14-22

Дана 04.02.2014. године заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним информацијама и појашњењима у вези поступка јавне уградног материјала у кардиохирургији – валвуле и рингови за 2014. годину, број ЈН 404-1-110/14-22, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).

Питања заинтересованог лица и одговори:

Питање бр. 1: Обраћамо вам се са захтевом за измену конкурсне документације 404-1-110/14-22 Набавка уградног материјала у кардиохирургији – валвуле и рингови за 2014. годину, у делу који се односи на захтеве у вези елемената који се достављају уз понуду, ставка 4. страна 12 конкурсне документације – Узорак за свако понуђено медицинско средство, и то за **партије 19. Бовини југуларни биолошки валвулирани кондуит и 20. Композитни валвулирани кондуит са свињском валвулом.**

Овде се ради о биолошком уградном материјалу за који не постоје демо узорци, с обзиром на то да се ова медицинска средства пакују, транспортују и складиште у специјалним контејнерима испуњеним раствором глутаралдехида. Под претпоставком да овакав узорак и постоји као “демо”, а с обзиром на начин паковања, немогуће би било квалитативно проценити његове техничке карактеристике било где осим у реалним радним условима (операциона сала), између осталог имајући у виду и то да је раствор глутарадехида цитотоксичан.

Достављање правога медицинског средства у функцији узорка у овом случају не би имала смисла, утолико што се ради о предметима чија је вредност значајна, не само у смислу цене коштања, већ и као предметима које имају употребну вредност, и које би као такве свакако требало наменски искористити - уградити. Напомињемо да се ова медицинска средства складиште под специјалним температурним режимом, те да би њихово евентуално чување у „канцеларијским“ условима зарад испуњења форме, неповратно довело до губитка њихове употребљивости.

За наведене партије, као ексклузивни производи произвођача ААА (не постоји паралела у свету) у понуди су медицинска средства: ХХХ (партија 19) односно УУУ (партија 20). Оба производа су већ коришћена и на Институту за мајку и дете „Др Вукан Чупић“ и на Универзитетској дечјој клиници – Тиршова, и у том смислу су већ познати крајњим корисницима. Ови производи као такви немају паралелу, и у вези са тим у прилогу достављамо мишљење Агенције за лекове и медицинска средства да се ради о једина два производа наведеног генеричког назива која су уписана у Регистар медицинских средстава.

Имајући у виду све претходно наведено, молимо вас да размотрите могућност изузимања услова о неопходном достављању узорака за партије 19 и 20.

Одговор бр. 1: Комисија ће извршити измену конкурсне документације, у делу IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЈАВНЕ НАБАВКЕ УГРАДНОГ МАТЕРИЈАЛА У КАРДИОХИРУРГИЈИ – ВАЛВУЛЕ И РИНГОВИ ЗА 2014. ГОДИНУ, тачка 5. на страни 12. конкурсне документације тако да гласи:

„5. Узорак за понуђено медицинско средство (може да се достави демо узорак) – за партије 1.-18.“

Пречишћени текст конкурсне документације ће бити објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.