

ПРИЛОГ А КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УГРАДНОГ МАТЕРИЈАЛА У  
КАРДИОХИРУРГИЈИ, РБ 404-1-110/16-12

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

Партија	Назив партије	Јединица мере	Количина
1	Аортна биолошка валвула за бешавну хируршку уградњу	комад	27
2	Биолошки перикардни patch од говеђег перикарда	комад	30

**ПАРТИЈА 1 – Аортна биолошка валвула за бешавну хируршку уградњу**

- Да је израђена од говеђег перикарда,
- Да поседује експандирајући метални оквир (рам),
- Да поседује одговарајући сет неопходан за припрему и уградњу валвуле (мерач и држач),
- Да се може апликовати на величину процењеног анулуса од 19-27,
- Да поседује CE и/или FDA сертификат.

**ПАРТИЈА 2 – Биолошки перикардни patch од говеђег перикарда**

- Да су израђени од говеђег перикарда,
- Димензија од 5x15 цм и више,
- Униформне дебљине 0,5 мм,
- Да су отпорни на калцификацију,
- Да су механички стабилни,
- Да су ниске антигености,
- Да поседује CE и/или FDA сертификат.

НАПОМЕНА: У случају да понуђач достави FDA сертификат, исти мора бити издат од стране U.S. Department of Health & Human Services – U.S. Food and Drug Administration и мора бити важећи на дан отварања понуда.