



Републички фонд за здравствено осигурање

---

Јована Мариновић бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042  
е-mail: [public@rfzo.rs](mailto:public@rfzo.rs) ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

---

08/2 број: 404-1-8/17-14  
22.5.2017. године

**ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Балон катетери за 2017. годину, број 404-1-110/17-12, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)**

Дана 19.5.2017. године, заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Балон катетера за 2017. годину, број 404-1-110/17-12, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

**Питање 1:** Партија бр.5 – Молимо Вас да извршите измену конкурсне документације у вези са партијом бр.5 на тај начин што ћете од поменуте партије направити две нове које би гласиле:

1. НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних артерија (дијаметра 2,5 mm до 4 mm) (мерења се односе на балон дијаметра 3,0 mm)
2. НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних артерија (дијаметра 4,5 mm до 5 mm) (мерења се односе на балон дијаметра 3,0 mm)

На овај начин би понуђачи који у својем асортиману производа немају балон катетере дијаметра 4,5 mm и 5 mm, ( а који се иначе доста ређе користе од балон катетера дијаметра 2,5 mm до 4 mm) могли да учествују на овој партији, чиме би се у знатној мери повећала конкуренција у поступку дате јавне набавке у складу са чланом 10. Закона о јавним набавкама. Оваква измена не би имала негативан утицај на рад Ангиосала Србије, а истом би се створили услови за уштедом у буџету јер би се повећала конкуренција.

**Одговор 1:** Комисија за предметну набавку остаје при утврђеној техничкој спецификацији за партију 5 - НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних артерија (дијаметра 2,5 mm до 5 mm) (мерења се односе на балон дијаметра 3,0 mm).

**Питање 2:** У конкурсној документацији не постоји прошлогодишњи образац. Бр. 11- изјава произвођача, у који су се уносиле вредности на основу којих је вршено бодовање балон катетера. Молим Вас да нас обавестите на који начин да вам доставимо доказе о карактеристикама балон катетера које се бодују и да ли је неопходно да исти буду потписани од стране произвођача.

**Одговор 2:** Комисија за предметну јавну набавку ће оцењивати елементе критеријума квалитета на основу података добијених из каталога произвођача који садржи карактеристике понуђеног добра.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**