



Републички фонд за здравствено осигурање

---

Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042  
е-mail: [public@rfzo.rs](mailto:public@rfzo.rs) ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

---

08/2 број: 404-1-10/17-33  
2.8.2017. године

## ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

**Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Пејсмејкери, електроде и имплантабилни дефибрилатори са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, бр. ЈН 404-1-110/17-9, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)**

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија наручиоца доноси следеће измене конкурсне документације за јавну набавку Пејсмејкери, електроде и имплантабилни дефибрилатори са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, бр. ЈН 404-1-110/17-9:

У прилогу Б – Техничка спецификација, врше се следеће измене:

- 1) тачка 16) партије 5, тако да гласи: **HV elektroda mora imati najmanje 2 dužine  $\geq$  58 cm**
- 2) тачка 7) партије 6, тако да гласи: **HV elektroda mora imati najmanje 2 dužine  $\geq$  58 cm**
- 3) тачка 7) партије 7, тако да гласи: **HV elektroda mora imati najmanje 2 dužine  $\geq$  58 cm**
- 4) тачка 11) партије 8, тако да гласи: **HV elektroda mora imati najmanje 2 dužine  $\geq$  58 cm**
- 5) тачка 7) партије 21, тако да гласи: **HV elektroda mora imati najmanje 2 dužine  $\geq$  58 cm**
- 6) тачка 12) партије 22, тако да гласи: **HV elektroda mora imati najmanje 2 dužine  $\geq$  58 cm**

**Измењен прилог Б – Техничка спецификација биће објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.**

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**

57017.64/81