



08/2 број: 404-1-10/17-27
1.8.2017. године

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Пејсмејкери, електроде и имплантабилни дефибрилатори са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, број 404-1-110/17-9, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

Дана 31.7.2017. године заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Пејсмејкери, електроде и имплантабилни дефибрилатори са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, број 404-1-110/17-9, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Питање бр. 1:

У техничкој спецификацији “Јавне набавке пејсмејкера, електрода и имплантабилних дефибрилатора са пратећим специфичним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију”, број 404-1-110/17-9 од 20.7.2017. у партији 9, дијагностички Loop Recorder, ставка 4, захтева се: “4. Век батерије \geq 3 године”, тј. 36 месеци.

За исто медицинско средство је у претходној набавци “Јавна набавка пејсмејкера, електрода и имплантабилних дефибрилатора са пратећим специфичним материјалом”, број 404-1-110/15-39 од 14.04.2015. партији 9, дијагностички Loop Recorder, ставка 3, захтевало се: “3. Век батерије $>$ 15 месеци”. Дакле, тражени век трајања је повећан за 240%.

Апарати нове генерације (као АВС чији је век трајања две године) могу бити уграђени у пацијента простим уметањем кроз минималан рез на кожи без додатног хируршког рада, што скраћује опоравак и обезбеђује бољи контакт апарата са околним ткивом.

Молимо Вас за мишљење да ли је могуће понудити и апарате којима је трајање две године?

Овим смањеном рока трајања батерије обезбедила би се већа конкурентност и једнакост понуђача.

Одговор 1:

Комисија ће извршити измену техничке спецификације из тачке 4. партије 9 – Дијагностички Loop Recorder, тако да век батерије буде најмање 2 године, уместо 3 године.

Измењена техничка спецификација конкурсне документације ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца Републички фонд за здравствено осигурање.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ