



08/2 број: 404-1-62/19-26
6.05.2019. године

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Предмет: Измене конкурсне документације за јавну набавку набавке Материјал за дијализу – заједнички материјал за све типове дијализних машина, бр, ј.н. 404-1-110/18-63, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

У складу са додатним појашњењем број 404-1-62/19-25 од 6.05.2019. године, Комисија наручиоца доноси следеће измене конкурсне документације за јавну набавку Материјал за дијализу – заједнички материјал за све типове дијализних машина, бр. ј.н. 404-1-110/18-63, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15):

1. У делу II. Конкурсне документације – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА:

- на страни 4, мења се тачка 10. тако да гласи:

„10. Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано (изузев за партије 26 и 27), са роком трајања не краћим од 12 месеци од дана испоруке, за шта као доказ понуђач доставља изјаву на сопственом обрасцу и потписану од стране овлашћеног лица.“

- на страни 5, мења се трећи став, тако да гласи:

„Приликом тестирања достављених узорака, здравствена установа у којој ће исто бити спроведено ће сачинити записник у којем ће констатовати да ли понуђена добра одговарају и исти доставити наручиоцу. Тестирање ће бити извршено у присуству стручног дела комисије и овлашћених представника понуђача, на Одељењу хемодијализе Клинике за нефрологију Клиничког центра Србије. Материјал који није могуће тестирати у Клиничком центру Србије биће тестиран на Одељењу за хемодијализу КБЦ Звездара.“

- на страни 5, у делу који се односи на тестирање дијализатора (партије од 1-21 и 29-32), додаје се нов став (који ће бити став 1 у Конкурсној документацији), а који гласи:

„Тестирање ће бити извршено само за дијализаторе који нису били у употреби у здравственим установама из Плана мреже здравствених установа у Републици Србији у 2018. и 2019. години, као и за дијализаторе који су у наведеном периоду били у употреби, у укупној количини мањој од 18.290 уговорених дијализатора, а која представља 5% од укупне тражене количине у предметној јавној набавци, за период од 6 месеци. Као доказ о употреби дијализатора и уговореној количини истих, понуђач доставља уговоре закључене са здравственим установама из Плана мреже здравствених установа.“

2. У делу V. Конкурсне документације – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА:

- на страни 21, у оквиру тачке 2.1 под г), мења се подтачка 2 тако да гласи:

- Уколико је Решење Агенције о лековима и медицинским средствима Републике Србије о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава истекло и није обновљено, при чему медицинско средство може да се нађе у промету у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“, број 30/10, 107/12 и 113/17 – др. закон и 106/17 – др. закон), понуђач је у обавези да исто достави заједно са копијом предатог захтева за обнову уписа у Регистар медицинских средстава или потврду о пријему захтева за обнову уписа у Регистар медицинских средстава.“

- на страни 22, у оквиру тачке 2.1 под г), мења се подтачка 5 тако да гласи:

- Изјава понуђача дата на сопственом обрасцу, потписану од стране овлашћеног лица, да понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано (изузев за партије 26 и 27), са роком трајања не краћим од 12 месеци од дана испоруке.

3. У делу VI Конкурсне документације – Модел оквирног споразума:

- на страни 33, у члану 6., мења се тачка 6.5. тако да гласи:

„ Уколико било која испорука не задовољи квалитет или уговорену количину, Додављач је у обавези да је замени исправном у року од 7 (седам) дана.“

- на страни 33, у члану 6., мења се тачка 6.6. тако да гласи:

„Додављач се обавезује да ће испоручивати добра која су стерилно упакована и са роком трајања не краћим од 12 месеци од дана испоруке.

(Уколико су предмет оквирног споразума партије 26 и 27 наведени став ће бити прилагођен у складу са условом дефинисаним техничком спецификацијом).“

- на страни 34, у члану 8., мења се тачка 8.1., тако да гласи:

„У случају прекорачења уговореног рока испоруке Додављач је дужан да плати Купцу уговорну казну од 0,5% од укупне вредности без ПДВ-а уговорених добара за коју је прекорачио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5% вредности добара испоручених са закашњењем.“

- на страни 34, у члану 9., додаје се нова тачка 9.4. тако да гласи:

„Фонд ће уновчити банкарску гаранцију највише до износа од 2% од нереализоване вредности партије без ПДВ-а, на коју се односи неиспуњење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог.“

Досадашње тачке 9.4, 9.5 и 9.6, постају тачке 9.5, 9.6 и 9.7.

4. У делу VII Конкурсне документације – Модел уговора:

- на страни 38, мења се члан 5., тачка 5.1. тако да гласи:

„У случају прекорачења уговореног рока испоруке Додављач је дужан да плати Купцу уговорну казну од 0,5% од укупне вредности без ПДВ-а уговорених добара за коју је прекорачио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5% вредности добара испоручених са закашњењем.“

Пречишћен текст конкурсне документације за јавну набавку Материјал за дијализу – заједнички материјал за све типове дијализних машина, број ЈН 404-1-110/18-63, биће објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

59019.44/66