



Јована Мариновић бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-mail: public@rfzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

08/2 број: 404-1-64/18-76
6.8.2019. године

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Материјал за дијализу – по типу дијализне машине, бр. ј.н. 404-1-110/18-64, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

Дана 5.8.2019. године заинтересован лице обратило се наручиоцу захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Материјал за дијализу – по типу дијализне машине, бр. ј.н. 404-1-110/18-64, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Питање бр. 1:

Молимо Вас да нам у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) доставите додатне информације или појашњења конкурсне документације у вези јавне набавке Материјал за дијализу – по типу дијализне машине, бр. ЈН 404-1-110/18-64.

- 1) У вези Додатног појашњења конкурсне документације број 404-1-64/18-29 од 6.5.2019. године, у одговору на питање под редним бројем 9, захтев заинтересованог лица одбијен је са образложењем да су апарати Artis Physio тржишту испоручени као хардверски и софтверски сетовани за употребу трокомпонентног концентрата, те да као такви у овом тренутку не могу да функционишу са двокомпонентним концентратом.

Под претпоставком да је у складу са одредбама Закона о јавним набавкама спроведено истраживање тржишта и утврђено да је једино испоручилац апарата односно произвођач апарата Artis Physio у могућности да понуди тро-компонентни сет, сматрамо да се оправдано поставља питање да ли уопште има смисла спроводити отворени поступак јавне набавке у ситуацији када је испоручилац апарата односно произвођач апарата сетовањем апарата, унапред обезбедио статус јединог понуђача добра описаног под партијом број 16.

Овакво понашање могло би се окарактерисати као противправно, имајући у виду да Правилник о дијализи Републичког Фонда за здравствено осигурање концентрате за хемодијализу сврстава у материјал који је специфичан за хемодијализу, а не у материјал који је специфичан по типу апарата за дијализу.

С тим у вези, предлажемо да Комисија преиспита услове под којима су апарати испоручени здравственим установама и утврди да ли је испоручилац односно произвођач машина на било који начин ограничио/искључио могућност подешавање машине да може да функционише са двокомпонентном комбинацијом или је евентуално предвидео могућност и спровео обуку да по потребама здравствене установе сетује машине за примену двокомпонентних комбинација (кетрица сувог бикарбоната у комбинацији са киселим дијализним раствором).

Уколико је испоручилац односно произвођач /власник машина предвидео могућност да корисник машине самостално и без ограничења планира и врши набавку концентрата, у том случају, сматрамо да нема сметњи да се поступак спроведе у складу са одредбама члана 71. и члана 72. ЗЈН, раздвајањем партије 16, на начин да се предвиде две партије, и то:

- Bicart суви бикарбонат или одговарајуће, за апарате АК 200 Ultra S i Artis Physio
- Кисели дијализни раствор.

Одговор бр. 1:

Захтев заинтересованог лица се не прихвата. Наручилац остаје при одговору под редним бројем 9, датом у додатном појашњењу бр. 4, број: 404-1-64/18-29 од 6.5.2019. године.



Питање бр. 2:

У вези Додатног појашњења конкурсне документације број 404-1-64/18-29 од 6.5. 2019. године, односно одговора датог на питање под редним бројем 11. одбијен је захтев заинтересованог лица да се добро описано под партијом 26 раздвоји и предвиде 2 посебне партије.

Како је у наставку одговора појашњено да се под одговарајућим добром сматра медицинско средство које мора бити уписано у регистар медицинских средстава АЛИМС-а, а имајући у виду да у Регистру АЛИМС-а не постоји медицинско средство уписано под називом Combibag, сматрамо да опис добра у Техничкој спецификацији захтева усклађивање са наводима датим на страни 4 конкурсне документације, у делу техничка спецификација, по којим понуђено медицинско средство мора бити уписано у регистар медицинских средстава АЛИМС-а.

У вези усклађивања описа добра у Техничкој спецификацији са наводима датим на страни 4 конкурсне документације и напоменом у Вашем одговору садржаном у додатном појашњењу од 6.5.2019. године, предлажемо да још једном размотрите предлог за раздвајање партије 26 и предвидите 2 посебне партије, и то:

- Bibeg суви бикарбонат Fresenius или одговарајуће;
- кисели дијализни раствор.

Одговор бр. 2:

Захтев заинтересованог лица се не прихвата. Наручилац остаје при одговору под редним бројем 11, датом у додатном појашњењу бр. 4, број: 404-1-64/18-29 од 6.5.2019. године.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ