



08/2 број: 404-1-58/19-66

02.12.2019. године

**ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Реагенаса, изузев за трансфузију, број јн 404-1-110/19-64, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)**

Дана 28.11.2019. године и 29.11.2019. године, заинтересована лица су се обратила Наручиоцу захтевима за додатним појашњењима у вези поступка јавне набавке Реагенаса, изузев за трансфузију, број јн 404-1-110/19-64, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

**Питање бр. 1:** Увидом у Техничку спецификацију објављене Централизоване јавне набавке бр. 404-1-110/19-64 приметили смо да недостаје списак потреба Клиничког центра Србије, Клинике за хематологију који је недостајао и приликом подношења цена за процењене вредности на шта смо скренули пажњу и том приликом. У питању су потребе највећег центра за дијагностику хематолошких малигнитета методом проточне цитометрије у Србији.

Како тренутни уговори које су добављачи склопили са Клиничким центром Србије имају рок важења: “до спровођења јавних набавки од стране Тела за централизоване јавне набавке образованог на Републичком, Покрајинском или нивоу Локалне самоуправе”, а да потребе Клинике за хематологију Клиничког центра Србије нису обухваћене Централизованом јавном набавком, тиме се озбиљно доводи у питање набавка реагенаса и сам рад лабораторија поменуте клинике.

Лабораторија за проточну цитометрију Клиничког центра Србије поседује два апарата FACSCalibur и FACSCanto II за чији рад се користе реагенси који би требали да се налазе у партијама 110 и 108 Техничке спецификације објављене Централизоване јавне набавке бр. 404-1-110/19-64. Молимо Вас за потврду да је у питању техничка грешка и да ће уследити измена поменуте конкурсне документације где ће потребе наведене клинике бити увршене.

**Одговор бр. 1: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације.**

**Питање бр. 2:** Такође Вас молимо да уврстите списак потреба Клиничког центра Војводине који се налазио у ексел фаил-у под називом Методе за молекуларну дијагностику достављеном за процену вредности 18.10.2019. У прилогу је достављен списак са обележеним ставкама које треба додати партији 108-Лабораторијски тестови и реагенси за апарат BD FACSCanto II.

**Одговор бр. 2: Област молекуларне дијагностике и метаболичких болести, односно Elisa читачи и тестови, PCR дијагностика, FISH апарати и flow цитометри нису предмет ове јавне набавке.**

**Питање бр. 3:** За партију185 - Reagensi за bioхемијски аналзатор PKL PPC 192 PLUS, произвођач XXXXXX количине су веће од предвиђених за шест месеци. За ове количине наведене у табели процењена вредност јемања за око 20 % од тржишне цене. С обзиром да сте дефинисали процењену вредност, желимо да сугеришемо да се у ову вредност, на основу цена на тржишту, уклопите 20 пак - ISE (Na+K+Cl+pH+Ca), QC Solution за шест месеци – 1 пак и Cleaning solution– 1 пак.

За ISE (Na+K+Cl+pH+Ca) на годишњем нивоу ОБ „Др Алекса Савић“ у Прокупљу има око 14.400 анализа, што је по броју паковања 36 на годишњем нивоу. За шест месеци 18 паковања.

**Одговор бр. 3: Прихвата се примедба заинтересованог лица. У складу са тиме, биће извршена измена конкурсне документације.**

**Питање бр. 4:** Тражени реагенси за HPLC дијагностике се састоје од комплета реагенаса, HPLC колоне и контроле за одређивање траженог параметра. С обзиром да за ставке 4 и 5 није дефинисан комплет реагенаса, молимо Вас да нам појасните за који параметер је тражена HPLC колоне (ставка 4) и контрола (ставка 5) и да ли је грешком изузет комплет реагенаса, у ком случају би



морала да се исправи и процењена вредност партије?

**Одговор бр. 4:** Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације.

**Питање бр. 5:** Такође, укупна процењена вредност за партију 2 је 30% нижа од тржишне вредности, па Вас сходно томе молимо да повећате буџет.

**Одговор бр. 5:** Прихвата се примедба заинтересованог лица. У складу са тиме, биће извршена измена конкурсне документације.

**виџор**

**Питање бр. 6:** За партију 34 Наручилац је конкурсном документацијом и то прилогом Б – техничка спецификација за партију 34. „Реагенси и потрошни материјал за апарат Thrombostat, Behnk Elektronik“ дефинисао предмет јавне набавке и обликовао га у 20 ставки. Међутим, имајући у виду наше искуство у раду апарата, сматрамо да је наручилац омашком испустио једну ставку која је неопходна за правилан рад апарата и то реагенс „Hemoplastin“. Наведени реагенс има величину паковања од 6x5 ml, а по познавању тржишта, сматрамо да је за рад здравствених установа за период од 6 месеци потребна количина 35 паковања укупне вредности од око 240.000,00 динара..

**Одговор бр. 6:** Прихвата се примедба заинтересованог лица. У складу са тиме, биће извршена измена конкурсне документације.

**Питање бр. 7:** ПАРТИЈА 36 - Наручилац је конкурсном документацијом и то прилогом Б – техничка спецификација за партију 36. „Реагенси и потрошни материјал за апарат Thrombolyzer Compact X, Behnk Elektronik“ под ставком 16. „Cuvette racks“ као јединицу мере предвидео паковање а као величину паковања дефинисао 2000 кивета. Имајући у виду да је величина оригиналног паковања за добро под ставком 16. „Cuvette racks“ 2320 кивета, молимо Вас да извршите одговарајућу измену конкурсне документације и то тако што ћете у делу комада по паковању за ставку 16. партије 36. навести паковање од 2320 комада и прилагодити количине броју комада у паковању.

**Одговор бр. 7:** Прихвата се примедба заинтересованог лица. У складу са тиме, биће извршена измена конкурсне документације.

**Питање бр. 8:** ПАРТИЈЕ 71 – 83 Наручилац је конкурсном документацијом, и то одељком „Техничка спецификација“, на страни 4. конкурсне документације, под тачком 12. предвидео да је „понуђач дужан да достави узорке за добра за која доставља понуду, и то за партије 71 – 83“.

Имајући у виду да се партије 71 – 83 састоје од низа посебних ставки, у неким случајевима чак и више од 20, као што су дилуенти, раствори и слично, који се у највећем броју случаја достављају у већим паковањима молимо вас да размотрите наведени захтев из конкурсне документације. Конкретно, достављање толико великог броја узорака би представљало неоправдано високе трошкове за понуђаче што је у нескладу са чл. 9. став 2. Закона о јавним набавкама којим је дефинисано начело ефикасности и економичности у спровођењу поступака јавних набавки.

На основу свега наведеног, молимо наручиоца да размотри обавезу достављања узорака за све наведене партије и смањи број узорака само на онај број који је неопходан за исправну оцену понуда.

Такође, подсећамо наручиоца на члан 93. Закона о јавним набавкама који дозвољава наручиоцу да у случају да је то потребно за исправну оцену понуде, и после јавног отварања понуда од понуђача може захтевати додатна појашњења понуде, укључујући и евантаулну доставу неопходних узорака.

**Одговор бр. 8:** Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације.

**Питање бр. 9:** ПАРТИЈА 74 Наручилац је конкурсном документацијом и то прилогом Б – техничка спецификација за партију 74. „Реагенси и потрошни материјал за апарат FUS 100 H 800, DIRUI“ под ставком 11. „Rastvor za održavanje refraktometra i turbidimetra (Cleaning Liquid)“ као јединицу мере предвидео паковање а као запремину паковања дефинисао 50 ml. Имајући у виду да је величина оригиналног паковања за добро под ставком 11. „Rastvor za održavanje refraktometra i turbidimetra



(Cleaning Liquid)“ 200 ml, молимо Вас да извршите одговарајућу измену конкурсне документације и то тако што ћете у делу запремина паковања за ставку 11. партије 74. навести запремину од 200 ml и прилагодити количине запремини паковања.

**Одговор бр. 9: Прихвата се примедба заинтересованог лица. У складу са тиме, биће извршена измена конкурсне документације.**

**Питање бр. 10: ПАРТИЈА 75** Наручилац је конкурсном документацијом и то прилогом Б – техничка спецификација за партију 75. „Тест траке за анализу урина- минимум 10 анализа са микроалбуминуријом“ навео јединицу мере паковање, величину паковања од 100 комада и укупну количину паковања 100.500 комада паковања, што је 10.050.000 тест трака које су планиране за употребу у периоду од 6 месеци. Мишљења смо да је дошло до техничко - рачунске грешке у одређивању количине јер свако паковање урин трака у себи има 100 трака, те је сасвим тим јединица мере тачна, тако да је претпостављамо да наручилац није желео да изврши набавку 105.000 паковања. Како је процењена вредност партије 125.594.750,00 мишљења смо да би исправка ове рачунске грешке битно умањила процењену вредност целе јавне набавке.

**Одговор бр. 10: Одговор на ово питање је у додатном појашњењу бр. 404-1-58/19-40 од 28.11.2019. године. Напомињемо, биће извршена измена конкурсне документације.**

**Питање бр. 11: ПАРТИЈА 85** Наручилац је конкурсном документацијом и то прилогом Б – техничка спецификација за партију 85. „Реагенси и потрошни материјал за апарат Opti CCA-TS/2, Opti Medical“ под ставком 3. „Opti check, three levels“ као јединицу мере предвидео паковање а као величину паковања дефинисао 50 ком ампула. Имајући у виду да је величина оригиналног паковања за добро под ставком 3. „Opti check, three levels“ 30 комада ампула, молимо Вас да извршите одговарајућу измену конкурсне документације и то тако што ћете у делу величина паковања за ставку 3. партије 85. навести „30 ком ампула“ и прилагодити количине величини паковања.

**Одговор бр. 11: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације.**

**Питање бр. 12: ПАРТИЈА 173.** Наручилац је конкурсном документацијом и то прилогом Б – техничка спецификација за партију 173. „Reagensi za biohemijski analizator SPHERA (EDIF instruments)“ под ставком 8. „HDL - holesterol“ као јединицу мере предвидео паковање а као величину паковања дефинисао 150 тестова. Имајући у виду да је минимално оригинално паковање за добро под ставком 8. „HDL - holesterol“ 480 тестова, молимо Вас да извршите одговарајућу измену конкурсне документације и то тако што ћете у делу величина паковања за ставку 8. партије 173. навести 480 тестова и прилагодити количине величини паковања.

**Одговор бр. 12: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације.**

**Питање бр. 13: ПАРТИЈА 173 -** Наручилац је конкурсном документацијом и то прилогом Б – техничка спецификација за партију 173. „Reagensi za biohemijski analizator SPHERA (EDIF instruments)“ под ставком 18. „CRP“ као јединицу мере предвидео паковање а као величину паковања дефинисао 100 тестова. Имајући у виду да је минимално оригинално паковање за добро под ставком 18. „CRP“ 285 тестова, молимо Вас да извршите одговарајућу измену конкурсне документације и то тако што ћете у делу величина паковања за ставку 18. партије 173. навести 285 тестова, и прилагодити количине величини паковања.

**Одговор бр. 13: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације.**



**Питање бр. 14: ПАРТИЈА 173** - Наручилац је конкурсном документацијом и то прилогом Б – техничка спецификација за партију 173. „Reagensi za biohemijski analizator SPHERA (EDIF instruments)“ под ставком 22. „Sistemski rastvor za održavanje aparata Sphera“ као јединицу мере предвидео паковање запремине од 200ml. Имајући у виду да је оригинално паковање за добро под ставком 22. „Sistemski rastvor za održavanje aparata Sphera“ 50 ml, молимо Вас да извршите одговарајућу измену конкурсне документације и то тако што ћете у делу запремина паковања за ставку 22. партије 173. навести 50 ml и прилагодити количине запремини паковања.

**Одговор бр. 14: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације.**

**Питање бр. 15: ПАРТИЈА 173** - Наручилац је конкурсном документацијом и то прилогом Б – техничка спецификација за партију 173. „Reagensi za biohemijski analizator SPHERA (EDIF instruments)“ је ставку 26. назвао „Posude za probe HITACHI“. Имајући у виду да је у питању партија у којој се налазе реагенси за биохемијски анализатор „SPHERA (EDIF instruments)“, посуде за пробе „HITACHI“ никако не могу одговорати за биохемијски анализатор „SPHERA (EDIF instruments)“, те Вас молимо да извршите измену конкурсне документације за партију 173. ставка 25. и то тако што ћете је дефинисати као „Серумске чашице за апарат SPHERA (EDIF instruments)“

**Одговор бр. 15: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације.**

**Питање бр. 16: ПАРТИЈА 101** Наручилац је конкурсном документацијом и то прилогом Б – техничка спецификација за партију 101. „Лабораторијски тестови и реагенси за апарат BactAlert 3D 60, BactAlert 3D 120, BactAlert 3D 240, BactAlert VIRTUO“ између осталог уврстио и ставку 6 „BD MGIT TB ID test“ која није одговарајућа за наведене апарате већ се иста ставка налази у партији 102. под бројем ставке 7 па сугеришемо да наручилац ставку 6 „BD MGIT TB ID test“ избрише из партије 101.

**Одговор бр. 16: Одговор на ово питање је дат на питање бр. 38 у додатном појашњењу бр. 404-1-58/19-40 од 28.11.2019. године.**

**Питање бр. 17: ПАРТИЈА 101** Наручилац је конкурсном документацијом и то прилогом Б – техничка спецификација за партију 101. „Лабораторијски тестови и реагенси за апарат BactAlert 3D 60, BactAlert 3D 120, BactAlert 3D 240, BactAlert VIRTUO“ између осталог уврстио и ставке 8 „BBL MycoPrep Reagent“ и 9 „BD Difco Lowenstern Base“ које нису одговарајућа за наведене апарате већ треба да се налазе у партији 102. „Лабораторијски тестови и реагенси за апарат BACTEC 9050 za hemokulture“ јер су исте намењене за рад на апарату из партије 102.

**Одговор бр. 17: Одговор на ово питање је дат на питање бр. 26 у додатном појашњењу бр. 404-1-58/19-40 од 28.11.2019. године.**

**Питање бр. 18: ПАРТИЈА 102.** Наручилац је конкурсном документацијом и то прилогом Б – техничка спецификација за партију 102 „Лабораторијски тестови и реагенси за апарат BACTEC 9050 za hemokulture“, и то за ставке 1, 2 и 3 као јединицу техничком омашком навео паковање уместо комад. Самим тим дошло је до много веће процењене вредности партије, која је врло вероватно за последицу имала смањивања количина и процењених вредности за друге партије. Овим путем, а имајући у виду тржишно испитивање које сте спровели, као и наше познавање тржишта, слободни смо да Вам предложимо да партија 102. буде дефинисана по количинама које су наручиоци претходних година, и то на следећи начин:

Напомињемо да би оваквом спецификацијом процењена вредност набавке партију била смањена са 116.607.190,50 динара на оквирно мање од 30.000.000,00 динара.

Такође, напомињемо је претпостављамо техничком грешком наручилац изоставио ставку коју користи Клинички центар Србије и која је додата у табелу и то као ставка 4 као и ставке које се премештене из партије 101. у партију 102. а које су на ставкама 18. и 19.



Додајемо да је наша сугестија још и да се у циљу правилне дијагностике туберкулозе дода ставка под редним 20 (обележено црвеном бојом) коју у дијагностици користе Институт за плућне болести Војводина, Војномедицинска академија, ЗЦ Ужице, ОБ Крушевац, ОБ Шабац, ОБ Лозница и ОБ Горњи Милановац.  
**Одговор бр.18: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације.**

**Питање бр. 19: ПАРТИЈА 129** - Имајући у виду тржишно испитивање које сте спровели, као и наше познавање тржишта, слободни смо да сугеришемо да је наручилац техничком омашком изоставио ставку „PHOENIX YID“ панел.

Такође, у наведеној партији наручилац је количину одредио као 1 паковање за све ставке што није логично јер се на територији Србије налази инсталирано 2 апарата Phoenix 100. Из наведеног разлога у прилогу Вам достављамо сугестију како треба да изгледа партија 129, по количинама које су наручиоци претходних година, и то:

	Лабораторијски тестови и реагенси за Phoenix 100				Количина
	Редни број ставке	Назив ставке	Јединица мере	Величина паковања	
Партија 129	1	ID broth	паковање	100	18
	2	AST BROTH	паковање	100	16
	3	AST - S BROTH	паковање	100	2
	4	AST - Indicator (10 x 6 ml)	паковање	10	5
	5	AST - S indicator	паковање	10	2
	6	Panel PX NMIC/ID-402, 25 testova	паковање	25	41
	7	Panel PX PMIC/ID-90, 90 testova	паковање	25	21
	8	Panel PX SMIC/ID-11, 25 testova	паковање	25	6
	9	Panel YID, 25 testova	паковање	25	2

Такође, напомињемо да би оваквом спецификацијом процењена вредност набавке партију била повећана са 159.409,00 динара на оквирно мање од 5.000.000,00 динара.

**Одговор бр.19: Прихвата се примедба заинтересованог лица. У складу са тиме, биће извршена измена конкурсне документације.**

**Питање бр. 20:** ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ Имајући у виду да једна од великих здравствених установа и то Клинички центар Крагујевац, из терцијарног нивоа здравствене заштите већ годинама посредством јавних набавки прибавља „Резервне гумене електроде за анализу зноја“ као потрошни материјал за анализатор зноја CM-01 произвођача „Tecil/Sanasol“ сматрамо да је у овај поступак јавне набавке потребно уврстити и наведено добро.

**Одговор бр. 20: Прихвата се примедба заинтересованог лица. У складу са тиме, биће извршена измена конкурсне документације.**

**Питање бр. 21:** ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ - Пажљивом анализом конкурсне документације смо приметили да су процењене вредности партија у односу на цене које смо Вам доставили у поступку Вашег истраживања тржишта значајно умањене и то од 15 % (партије 6, 34, 35, 36, 37, 52, 72, 74, 102, 138, 157, 138, 157, 173 и 176), до 23 % (партије 5 и 73) па чак и до 35 % (партија 85). Претпоставка је да је до умањења процењених вредности због грешака у сачињавању спецификација на које смо Вам овим захтевом указали, па молимо наручиоца да размотри измене процењених вредности које би цене добара довеле на реалан тржишни ниво.





**Одговор бр. 21:** Прихвата се примедба заинтересованог лица. У складу са тиме, биће извршена измена конкурсне документације.

**Питање бр. 22:** Имајући у виду да се јавна набавка спроводи за закључење оквирних споразума, молимо Вас за информацију да ће здравствене установе имати Вашу сагласност да склапају уговоре о јавним набавкама и тако имати могућност да повлаче количине које ће им омогућити несметан и континуиран рад.

**Одговор бр. 22:** Као што је дефинисано у конкурсној документацији за предметну јавну набавку, у делу „Техничка спецификација!, на страни 4, количине добара наведених у Прилогу Б – Техничка спецификација/Списак партија/ставки су оквирне количине за потребе здравствених установа наведених у Прилогу А – Списак здравствених установа и то за период од 6 (шест) месеци. Наведене количине представљају минимум количина за које понуђачи гарантују да ће испоручити здравственим установама из Плана мреже, у складу са њиховим потребама. Укупна уговорена количина реагенаса, зависи од потреба здравствених установа и може да се разликује од количина наведених у Прилогу Б - Техничка спецификација/Списак партија/ставки.

**Питање бр. 23:** За партију 29. Хематолошки анализатор MEDONIC 20 - Тражене количине за

ставку 1. Medonoc Diluent M series – 13 пак.

ставку 2. Medonic Lyser M series – 7 пак.

Како се ова два реагенса троше у комплекту ( на једано паковање утрошеног Diluenta троши се 1 паковање Лусера), молимо вас да ускладите тражене количине .

1. Medonoc Diluent M series – 7 пак.

2. Medonic Lyser M series – 7 пак.

Сходно томе мења се и процењена вредност са 210.035,00дин. на 190.600,00дин.

**Одговор бр. 23:** Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације.

**Питање бр. 24:** За партију 50. Реагенси и потрошни материјал за имунохемијски анализатор ELISYS UNO

За предметну партију сте дали процењену вредност 15.932,40дин. коју сте израчунали множењем достављених цена по тесту ( јединица мере је дата по тесту) и планираних количина . Када се као јединица мере узме паковање процењена вредност је 610.024,00 дин.

**Одговор бр. 24:** Одговор на ово питање је дат на питање бр. 26 у додатном појашњењу бр. 404-1-58/19-40 од 28.11.2019. године.

**Питање бр. 25:** За партију 136. Реагенси за биох.анализатор Chemray 240 ( Rayto)

Установили смо да у табели количине за поједине ставке превазилазе годишње потребе установа које снабдевамо предметним реагенсима :

1. Специјална болница Озрен Сокобања

2. Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Зрењанин

У сарадњи са наведим установама ускладили смо потербне количине за предметну партију.

Табела за предметну партију би требало да изгледа:

Реагенси за бихемијски анализатор Chemray 240 (Rayto)					
Редни број ставке	Назив ставке	Јединица мере	Величина паковања	Количина	Укупна процењена вредност
1	Albumin ( BCG )	пак	4 x 100 ml	2	
2	Alfa - Amilaza ( CNPG3)	пак	12 x 10 ml	2	
3	ALP ( AMP BUFFER )	пак	8 x 50 ml	2	
4	ALT ( IFCC, UV)	пак	3 x 100 ml	3	
5	ALT ( IFCC, UV)	пак	8x50 ml	2	
6	AST (IFCC, UV)	пак	3 x 100 ml	3	
7	AST (IFCC, UV)	пак	8x50 ml	2	



8	Bilirubin Total	pak	2x100 ml	3	
9	Bilirubin direktni ( DPD )	pak	375 ml	3	
10	Bilirubin total ( DPD)	pak	375 ml	3	
11	CK-MB ( UV )	pak	10 x 10 ml	2	
12	CK-NAC ( UV, DGKC )	pak	10 x 10 ml	3	
13	CRP – turbidimetric sa kalibratorom	pak	2x50 ml	10	
14	Cuvette Clean	pak	6x55 ml	2	
15	Diluent	pak	4x20ml	1	
16	Feritin	pak	1 x 50 ml	1	
17	Fosfor	pak	200 ml	1	
18	Gama-GT	pak	10 x 10 ml	5	
19	Gama-GT	pak	400 ml	1	
20	Glukoza	pak	4x250 ml	2	
21	Glukoza	pak	400 ml	2	
22	Gvožđe (TPTZ)	pak	2 x 50 ml	2	
23	Gvožđe (TPTZ)	pak	2x100 ml	1	
24	HDL Holesterol Direktni	pak	80 ml	2	
25	Hloridi	pak	2 x 100 ml	1	
26	Holesterol ( CHOD-PAP)	pak	4 x 100 ml	5	
27	Kalcijum ( CPC )	pak	2 x 100 ml	2	
28	Kalijum Enzymatic	pak	40 ml	11	
29	Kontrolni normalni serum goveđi	pak	6 x 5 ml	3	
30	Kreatinin ( Jaffe )	pak	4 x 100 ml	7	
31	LDH ( DGKC)	pak	10 x 10 ml	3	
32	Magnezijum	pak	2 x 100 ml	1	
33	Mokraćna kiselina	pak	4x100 ml	2	
34	Multikalibrator	pak	4 x 5 ml	3	
35	Natrijum Enzymatic	pak	30 ml	11	
36	Plasma protein kontrola	pak	1 x 2 ml	5	
37	Proteini ( Biuret )	pak	4x100 ml	5	
38	TIBC	pak	50 tests	1	
39	Tip cleaning kit	pak	2 x ( 4 x 20 ml )	1	
40	Trigliceridi	pak	4x100 ml	3	
41	Urea ( UV)	pak	3 x 100 ml	5	
42	Urea ( UV)	pak	8 x 50 ml	2	
43	Wash additive	pak	4 x 25 ml	5	
44	ALP (DEA BUFFER)	pak	8 x 50 ml	2	
45	Kontrolni normalni serum humani	pak	6 x 5 ml	2	
				<b>Укупно за партију 136</b>	<b>1,427,348.05</b>

Напомена: Измењене количине су болдиране у табели.  
Процењена вредност је као што сте и предвидели - 1,427,348.05 дин.

**Одговор бр. 25:** Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације.

**Питање бр. 26:** За партију 163. Реагенси за бихемијски анализатор HumaStar 600 Процењена вредност је 1.536.082,61 дин. што представља 52% умањења од тржине цене. Увидом у остале партије као и на основу консултација са осталим понуђачима дошли смо до закључка да је политика РФЗО за овај Тендер умањење цена за 15%.Сматрамо да сте грешком смањили процењену вредност за 52% те вас љубазно



молимо да исправите процењену вредност за предметну партију која би требало да буде 3.227.665,00 дин, како би могли да се уклопимо у исту.

**Одговор бр. 26: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације.**

**Питање бр. 27:** За партију 195. Reagensi за POCT analizator HumaNex a1c молимо Вас, кад будете мењали количине везано за наш претходни Захтев за додатно појашњење и измену конкурсне документације за предметну партију, узмете и у обзир и измену процењене вредности која је била за 2 пак 408.000,00 дин. требало би тржишно да буде 510.000,00 дин. ( прерачунати на нове количине).

**Одговор бр. 27: Прихвата се примедба заинтересованог лица. У складу са тиме, биће извршена измена конкурсне документације.**

**Питање бр. 28:** Након прегледа техничке спецификације централизованог тендера - јавна набавка бр. 404-

1-110/19-64 (јавна набавка Реагенси, изузев за трансфузију), који је изашао 22.11.2019. желимо да дамо пар примедби: Процењена вредност наведена за Партију 194- Reagensi за POCT analizator PATHFAST (Mitsubishi Chemical), није одговарајућа узимајући у обзир тржишну вредност предметних ставки у партији као и цене реагенаса које смо доставили РФЗО ради формирања процењене вредности. Наиме, процењена вредност за партију 194 је око 20% нижа.

Додатно, количине реагенаса наведене у Партији 194 - Reagensi за POCT analizator PATHFAST (Mitsubishi Chemical), су значајно мање од количина које су испоручиване корисницима годинама уназад. Са већином корисника смо заједно размењивали информације о броју узорака и броју тестова који су им неопходни и које су послали ка РФЗО-у за овај тендер. Анализатор PATHFAST је употреби у дестини здравствених установа у Републици Србији, а потребне реагенаса за овај анализатор су и достављене РФЗО-у. Међутим, количине реагенаса специфициране у партији 194 су ниже од шестомесечних потреба за само једну установу, а далеко ниже од укупних потреба свих здравствених установа за чијие потребе се и спроводи ова јавна набавка.

Желимо посебно да напоменемо годишње потребе за анализу D-Dimer на анализатору PATHFAST (Партија 194, Ставка 3) које су за установе Клиничко-болничког центра Земун 900 анализа, Општа болница Сремска Митровица 840 анализа, Здравствени центар Ужице 2000 анализа, Институт за здравствену заштиту деце и омладине 660 анализа, Специјална болница Свети Сава 720 анализа што укупно само за ове установе износи 5120 D-Dimer анализа, док је у оквиру предметне јавне набавке предвиђено свега 1 паковање (60 анализа) за дату ставку.

Такође, за све друге ставке у оквиру ове партије предвиђене количине дате у оквиру тендерске спецификације за партију 194 не одговарају реалним потребама здравствених установа за које се врши набавка ових анализа.

Сходно овим подацима количине које су предвиђене у тендеру су вишеструко (око 4 пута) мање од потреба корисника, те с тога желимо да Вам напоменемо на овај велики пропуст како потенцијално не би дошло до неспоразума и проблема приликом склапања појединачних уговора са крајњим корисницима.

У складу са горенаведеним, у наставку Вам шаљемо преглед годишње потрошње предметних реагенаса:

			Količina u tenderskoj dokumentaciji	Godisnja potreba korisnika
Presepsin (sCD 14 ST)	пак	60 analiza	31,00	157
High sensitive troponin	пак	60 analiza	2,00	16





D - dimer	pak	60 analiza	1,00	96
NT -proBNP	pak	60 analiza	3,00	11
CK-MB	pak	60 analiza	1,00	5
Plastični nastavci za aspiriranje reagenasa i	pak	42 komada	21,00	211

Молимо Вас за исправку количина наведених у тендерској документацији, те сходно томе и тржишним условима и за исправку процењене вредности партије 194.

**Одговор бр. 28:** Прихвата се примедба заинтересованог лица. У складу са тиме, биће извршена измена конкурсне документације.

**Питање бр. 30:** Као заинтересовано лице у предметном поступку, на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама, овим путем Вас молимо за појашњење и измену конкурсне документације, у делу:

Партија 68 - Реагенси и потрошни материјал за имунохемијске анализаторе модел SIEMENS (Advia Centaur CP, Advia Centaur XP, Advia Centaur XPT)

Након детаљне анализе техничке спецификације (Прилог Б) конкурсне документације, желимо да укажемо на следеће:

- Уочили смо да су минималне количине објављене за ставке наведене у табели коју достављамо у Прилогу 1, мање од количина прометованих добара за период од 6 месеци током 2019 год. Молимо Вас да количине ускладите са спецификацијом из Прилога 1, где су измене обележене плавом бојом, што је у складу са прометованим добрима за Установе обухваћене предметном ЈН.

- Уочили смо да је за Ставку бр 53, у колони Јединица мере наведено 6 x 2 x 5 mL, уместо паковање. Молимо Вас да извршите измену тако да у колони Јединица мере стоји паковање.

- Уочили смо да недостају реагенси и потрошни материјал неопходни за неометано функционисање анализатора Advia Centaur CP, Advia Centaur XP, Advia Centaur XPT. У табели у Прилогу 1 достављамо списак ставки које је неопходно додати, као и количине прометоване за период од 6 месеци током 2019.

- Такође, увидом у процењену вредност Партије 68, установили смо да постоји извештај несклад у поређењу са реалним тржишним ценама. Узимајући у обзир да се наше питање односи и на корекцију количина и додавање нових ставки, у Прилогу 2 достављамо табелу са ценама (коју смо већ доставили) и молимо Вас да ускладите цене са реалним тржишним ценама.

**Одговор бр. 30:** Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације.

**Питање бр. 31:** Као заинтересовано лице у предметном поступку, на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама, овим путем Вас молимо за појашњење и измену конкурсне документације, у делу:

Партија 164 - Реагенси за биохемијски анализатор Kabe GA-3 (LABORTECHNIK)

Након детаљне анализе техничке спецификације (Прилог Б) конкурсне документације, желимо да укажемо на следеће:

- Наведене ставке 3 и 4 (Monitrol Control normalna i Monitrol Control patološka) се више не производе и замењене су следећим производима: Lyphochek Assayed Chemistry Control Level 1 и Lyphochek Assayed



Chemistry Control Level 2. Молимо Вас да у складу са овим измените конкурсну документацију и омогућите неометано функционисање анализатора.

- Такође, увидом у процењену вредност Партије 164, установили смо да постоји значајан несклад у поређењу са реалним тржишним ценама.

У складу са тим молимо Вас да измените укупну процењену вредност партије.

**Одговор бр. 31: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације.**

**Питање бр. 32:** Овом приликом желимо да укажемо на недостатке и неправилности које смо накнадно уочили након детаљне анализе конкурсне документације за јавну набавку бр. 404-1-110/19-64.

Поред првог писма који смо упутили 27.11.2019. и на који смо добили одговор желимо да додамо следеће:

Количине које су наведене за партије број 1, 18, 20, 21, 40, 41, 42, 65, 71, 89, 90, 91, 115, 141, 142, 147, 159, 182 су мање од количина које су потребне за рад на анализаторима који се налазе у устано-вама које су обухваћене предметном јавном набавком и мање су од количина прометованих добара за период од 6 месеци, и биле би довољне за 4 месеца рада. Молимо Вас да количине измените у складу са предлогом количина који се налази у прилогу а које су означене црвеном бојом за сваку наведену партију.

Такође, детаљном анализом предложених процењених вредности за партије 1, 18, 19, 20, 21, 22, 40, 41, 42, 65, 71, 89, 90, 91, 115, 137, 141, 142, 146, 147, 159, 177, 178, 179, 182 установили смо да су исте умањене и ниже за 15% у односу на реалне тржишне цене. Стога Вас молимо да још једном размo-трите могућност корекције процењених вредности за наведене партије како би биле у складу са тржишним ценама и тиме нам омогућите подношење прихватљиве понуде.

**Одговор бр. 32: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације.**

**Питање бр. 33:** У оквиру Обрасца понуде бр 4.1 за партије од 1-204 уочили смо следеће недостатке:

1. у спецификацији за партију 71 (Реагенси и потрошни материјал за урински анализатор модел ИРИ-ЦЕЛЛ2000, произвођач Бецкман Цоултер) није наведена следећа ставка

- ИРИС Десицант (величина паковања 30 ком)

Количина неопходна за 6 месеци за кориснике који користе наведени анализатор је 3 ком, а цена је 5.724,00 без ПДВ-а.

**Одговор бр. 33: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације.**

**Питање бр. 34:** У оквиру Обрасца понуде бр 4.1 за партије од 1-204 уочили смо следеће недостатке:

2. у спецификацији за партију 69 (Контролни материјал, произвођач BioRad)) треба изменити следећу ставку 31. Liquicheck Immunoassay Plus Control Trilevel, величина паковања је 3x5 мл уместо 12x5 којико је наведено у тендерској спецификацији.

**Одговор бр. 34: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације.**

**Питање бр. 35:** Као заинтересовано лице у предметном поступку, на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама, овим путем Вас молимо за појашњење и измену конкурсне документације, у делу:

Партија 68 - Реагенси и потрошни материјал за имунохемијске анализаторе модел SIEMENS (Advia Centaur CP, Advia Centaur XP, Advia Centaur XPT)



Након детаљне анализе техничке спецификације (Прилог Б) конкурсне документације, желимо да укажемо на следеће:

- Уочили смо да су минималне количине објављене за ставке наведене у табели коју достављамо у Прилогу 1, мање од количина прометованих добара за период од 6 месеци током 2019 год. Молимо Вас да количине ускладите са спецификацијом из Прилога 1, где су измене обележене плавом бојом, што је у складу са прометованим добрима за Установе обухваћене предметном ЈН.

- Уочили смо да је за Ставку бр 53, у колони Јединица мере наведено 6 x 2 x 5 mL, уместо паковање. Молимо Вас да извршите измену тако да у колони Јединица мере стоји паковање (Означили смо црвеном бојом у табели у Прилогу 1).

- Уочили смо да недостају реагенси и потрошни материјал неопходни за неометано функционисање анализатора Advia Centaur CP, Advia Centaur XP, Advia CentaurXPT. У табели у Прилогу 1 достављамо списак ставки које је неопходно додати, као и количине прометоване за период од 6 месеци током 2019. (обележено зеленим).

- Такође, увидом у процењену вредност Партије 68, установили смо да постоји изванредан несклад у поређењу са реалним тржишним ценама. Узимајући у обзир да се наше питање односи и на корекцију количина и додавање нових ставки, у Прилогу 2 достављамо табелу са ценама (коју смо већ доставили) и молимо Вас да ускладите цене са реалним тржишним ценама.

Ставке које су изостављене а неопходне су за извођење анализа на имунохемијским анализаторима - модел SIEMENS (Advia Centaur CP, Advia Centaur XP, Advia Centaur XPT)				Количине прометоване за период од 6 месеци, за здравствене Установе обухваћене предметном ЈН.
Küvetten		паковање	3000 kom	320
ADVIA Centaur PCT Control		паковање	2 x 2 x 2 mL	8
ADVIA Centaur hsTNI incl. Calibrator		паковање	100	70
MAS-Liquiimmune control nivo 1		паковање	6 x 5 mL	3
MAS-Liquiimmune control nivo 2		паковање	6 x 5 mL	5
MAS-Liquiimmune control nivo 3		паковање	6 x 5 mL	3
MAS-T marker control nivo 1		паковање	6 x 3 mL	5
MAS-T marker control nivo 2		паковање	6 x 3 mL	5
MAS-T marker control nivo 3		паковање	6 x 3 mL	5
MAS Omni IMMUNE Control Level 1		паковање	6 x 5ml	2
MAS Omni IMMUNE Control Level 2		паковање	6 x 5ml	2
ADVIA Centaur Calibrator C Peptide		паковање	2x2x2ml	5
ADVIA Centaur Calibrator 80 IgE		паковање	2x2x2ml	2
ADVIA Centaur NT-ProBNP		паковање	100	7
ADVIA Centaur Multi-Diluent 12		паковање	20ml	1
Liquichek Maternal Serum Control		паковање	3 x 1 mL	3

**Одговор бр. 35:** Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације.

**Питање бр. 36:** Као заинтересовано лице у предметном поступку, на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама, овим путем Вас молимо за појашњење и измену конкурсне документације, у делу: **Партија 171 - Reagensi za biohemijski analizator SmartLYTE (Diamond diagnostics)**



Након детаљне анализе техничке спецификације (Прилог Б) конкурсне документације, желимо да укажемо на следеће:

- Уочили смо да су минималне количине објављене за ставке наведене у табели коју достављамо у Прилогу 1, значајно мање од количина прометованих добара за период од 6 месеци током 2019 год. Молимо Вас да количине ускладите са спецификацијом из Прилога 1, где су измене обележене плавом бојом, што је у складу са прометованим добрима за Установе обухваћене предметном ЈН.
- Уочили смо да недостају реагенси и потрошни материјал неопходни за неометано функционисање анализатора SmartLYTE. У табели у Прилогу 1 достављамо списак ставки које је неопходно додати, као и количине прометоване за период од 6 месеци током 2019. (обележено зеленим).
- Такође, увидом у процењену вредност Партије 171, установили смо да постоји извешан несклад у поређењу са реалним тржишним ценама. Узимајући у обзир да се наше питање односи и на корекцију количина и додавање нових ставки, у Прилогу 2 достављамо табелу са ценама (коју смо већ доставили) и молимо Вас да ускладите цене са реалним тржишним ценама.

Надамо се да ћете прихватити наше захтеве за измену конкурсне документације.

Ставке које су изостављене а неопходне су за извођење анализа на биохемијском анализатору SmartLYTE (Diamond diagnostics)					
Редни број ставке	Назив ставки које недостају	Јединица мере	Величина паковања		Количине прометоване за период од 6 месеци, за здравствене Установе обухваћене предметном ЈН.
11	Cl- elektroda	пак	1 ком		4
12	Creva za peristaltičku pumpu	пак	1 ком		3
13	Kućište za referentnu elektrodu	пак	1 ком		2

**Одговор бр. 36:** Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације.

**Питање бр. 37:** Као заинтересовано лице у предметном поступку, на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама, овим путем Вас молимо за појашњење и измену конкурсне документације, у делу **Партија 26** - Реагенси и потрошни материјал -Хематолошки анализатор MINDRAY BC 3600 за 31000 ,MINDRAY BC 1800, 3200, 3600. Након детаљне анализе техничке спецификације (Прилог Б) конкурсне документације, желимо да укажемо на следеће:

- Увидом у процењену вредност Партије 26, установили смо да постоји извешан несклад у поређењу са реалним тржишним ценама. У Прилогу 1 достављамо табелу са јединичним ценама (коју смо већ доставили) и молимо да у складу са тим коригујете укупну процењену вредност партије 26.

Надамо се да ћете прихватити наш захтев за измену конкурсне документације.

Партија 26	Реагенси и потрошни материјал -Хематолошки анализатор MINDRAY BC 3600 за 31000, MINDRAY BC 1800, 3200, 3600					
	Редни број ставке	Назив ставке	Јединица мере	Величина паковања	Количина	Јединична цена без ПДВ-а
	1	Diluent 20 l	паковање	20l	35	5.300,00
	2	Rins 5,5 l	паковање	5.5l	34	7.900,00



	3	Lyser 500 ml	паковање	500ml	34	4.780,00
	4	Probe cleanser, 12x17 ml	паковање	12x7ml	8	3.150,00
	5	Kontrolna krv LNH 3x3ml	паковање	3x3ml	8	9.450,00
	6	Termosenzitivni papir 50 mm	паковање	1	94	130,00

**Одговор бр. 37: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације.**

**Питање бр. 38:** Као заинтересовано лице у предметном поступку, на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама, овим путем Вас молимо за појашњење и измену конкурсне документације, у делу:

**Партија 3 - HPLC дијагностика, TOSOH G8.** Након детаљне анализе техничке спецификације (Прилог Б) конкурсне документације, желимо да укажемо на следеће:

Као што приказује прилог, табела RFZO\_Partija 3\_HPLC TOSOH G8, желимо да укажемо да су минималне количине објављене за ову партију усклађене са количинама прометованих добара за период од 6 месеци текуће године, осим ставке 8 (Hemoglobin A1C Calibrator Set), где је неопходно изменити количину са 3 на 5 паковања.

Молимо да количине ускладите са изменом из прилога RFZO\_Partija 3\_HPLC TOSOH G8, где су измене обележене жутом бојом, а у складу са прометованим добрима.

Такође, увидом у процењену вредност партије 3, установљено је да су исте 25% мање од реалне тржишне вредности. Сходно томе молимо да коригујете процењену вредност за партију 3, у складу са упоредивим реалним тржишним ценама предмета набавке које су наведене у последњој колони табеле из прилога (RFZO\_Partija 3\_HPLC TOSOH G8), и тиме омогућите понуђачу подношење прихватљиве понуде.

HPLC дијагностика - TOSOH G8						
Редни број ставке	Назив ставке	Јединица мере	Величина паковања	Количина	Количине прометоване за период од 6 месеци, за здравствене Установе обухваћене предметном ЈН.	Јединична цена без ПДВ-а
1	TSK gel G8 Variant Hsi	паковање	1 ком	5	ок	228.888,00
2	Hsi Hemolysis&Wash Solution -( L)	паковање	5 x 2000 ML	8	ок	40.656,00
3	G8 Var Elution Buffer Hsi N. 1 (S) pouch	паковање	800 ML	26	ок	18.271,84
4	G8 Var Elution Buffer Hsi N. 2 (S) pouch	паковање	800 ML	21	ок	18.271,84
5	G8 Var Elution Buffer Hsi N. 3 (S) pouch	паковање	800ML	21	ок	18.271,84
6	Filter element G8	паковање	5 ком	6	ок	22.080,96
7	HLC-723G8 Maintenance kit	паковање	1 set	2	ок	170.600,00
8	Hemoglobin A1C Calibrator Set	паковање	2 x 5 x 4 ml	3	5	51.163,20
9	Hemoglobin A1C Control Set	паковање	2 x 4 x 0,5ml	5	ок	51.163,20



Коментари на табелу, наведене количине и процењене вредности:	
Наведене количине су у реду за све реагенсе у партији, осим за ставку 8, сет калибратора, где уместо 3 треба да стоји 5 паковања	
Процењена вредност партије је умањена за 25% у односу на тржишну вредност реагенаса	

**Одговор бр. 38: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације.**

**Питање бр. 39:** Као заинтересовано лице у предметном поступку, на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама, овим путем Вас молимо за појашњење и измену конкурсне документације, у делу Партија 76 - Реагенси и потрошни материјал за URISED, LABUMAT, URISED MINI Doc U READERLAB Pro/LabUReader Plus 2. Након детаљне анализе техничке спецификације (Прилог Б) конкурсне документације, желимо да укажемо на следеће:

- Уочили смо да су минималне количине објављене за ставке наведене у табели коју достављамо у Прилогу 1, значајно мање од количина прометованих добара за период од 6 месеци током 2019 год. Молимо Вас да количине ускладите са спецификацијом из Прилога 1, где су измене обележене плавом бојом, што је у складу са прометованим добрима за Установе обухваћене предметном ЈН.
- Такође, увидом у процењену вредност Партије 76, установили смо да постоји извешан несклад у поређењу са реалним тржишним ценама. Узимајући у обзир да се наше питање односи и на корекцију количина и додавање нових ставки, у оквиру Прилога 1 достављамо и табелу са ценама (обележену зеленом бојом), коју смо већ доставили, па Вас молимо да ускладите цене са реалним тржишним ценама.

Надамо се да ћете прихватити наше захтеве за измену конкурсне документације.

Реагенси и потрошни материјал за URISED, LABUMAT, URISED MINI Doc U READERLAB Pro/LabUReader Plus 2						
Редни број ставке	Назив ставке	Јединица мере	Величина паковања	Количина	Количине прометоване за период од 6 месеци, за здравствене Установе обухваћене предметном ЈН.	
Партија 76	1	Labstrips U11	паковање	150 kom	402	708
	2	Cuvettes for Urised	паковање	600 kom	101	180
	3	Test tube 12 ml	паковање	1 kom	6.700	60.400
	4	Liquichek urinalysis control bilevel	паковање	1set/ 6x 2 nivoa	3	3
	5	Labstrips U11 Plus GL	паковање	150 kom	34	60
	6	MAS UA DIP Tube Control	паковање	10x12 ml	5	12
Редни број ставке	Назив ставке	Јединица мере	Јединична цена без ПДВ-а	Величина паковања		
1	Labstrips U11 Plus	pak	3.330,00	150 kom		
2	Cuvettes for Urised	pak	66.805,00	600 kom		
3	Test tube 12 ml	pak	8,00	1 kom		
4	Liquichek urinalysis control bilevel	pak	16.873,00	2x12ml		
5	Labstrips U11 Plus GL	pak	3.330,00	150 kom		





6	MAS UA DIP Tube Control	pak	40.250,00	10x12ml
---	-------------------------	-----	-----------	---------

**Одговор бр. 39: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације.**

**Питање бр. 40:** Као заинтересовано лице у предметном поступку, на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама, овим путем Вас молимо за појашњење и измену конкурсне документације, у делу: Партија 81 - Реагенси и потрошни материјал за CombiScan 500. Након детаљне анализе техничке спецификације (Прилог Б) конкурсне документације, желимо да укажемо на следеће:

- Увидом у процењену вредност Партије 81, установили смо да постоји изванредан несклад у поређењу са реалним тржишним ценама. У Прилогу 1 достављамо табелу са јединичним ценама (коју смо већ доставили) и молимо да у складу са тим коригујете укупну процењену вредност партије 81.

Надамо се да ћете прихватити наш захтев за измену конкурсне документације.

Редни број ставке	Назив ставке	Јединица мере	Јединична цена без ПДВ-а	Величина паковања
11	CombiScreen Test Strips	pak	2.550,00	100 kom
12	CombiScreen Control P/N	pak	16.873,00	2x15ml

**Одговор бр. 40: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације.**

**Питање бр. 41:** Као заинтересовано лице у предметном поступку, на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама, овим путем Вас молимо за појашњење и измену конкурсне документације, у делу: Партија 145 - Реагенси за биохемијски анализатор ADVIA 1800 (SIMENS)

Након детаљне анализе техничке спецификације (Прилог Б) конкурсне документације, желимо да укажемо на следеће:

- Уочили смо да су минималне количине објављене за ставке наведене у табели коју достављамо у Прилогу 1, мање од количина прометованих добара за период од 6 месеци током 2019 год. Молимо Вас да количине ускладите са спецификацијом из Прилога 1, где су измене обележене црвеном бојом у колони G, што је у складу са прометованим добрима за Установе обухваћене предметном ЈН.
- Уочили смо да се ставке број 54 (Hemoglobin A1c\_3 Automated Pretreatment Assay), број 59 (HbA1c direktna metoda) и ставка број 96 (HbA1c direktna metoda) односе на исти тест, и његова укупна тражена количина је сумирана у ставци 59 и стављена у заграду. Исто тако, ставка број 58 (HbA1C kalibrator set) и ставка бр 95 (A1c3 Kalibrator set), представљају исти сет калибратора, и њихов збир је приказан у загради код ставке 58.
- Ставке број 35 и 36 имају погрешан број тестова у паковању, у загради се налази одговарајући број тестова, поље је обележено зеленом бојом.
- Уочили смо да недостају реагенси и потрошни материјал неопходни за неометано функционисање биохемијског анализатора ADVIA 1800 (SIMENS) чији су реагенси и потрошни материјал предмет ЈН. У табели у Прилогу 1 достављамо списак ставки које је неопходно додати, као и њихове количине прометоване за период од 6 месеци током 2019. (обележене су зеленим).
- Такође, увидом у процењену вредност Партије 145, установили смо да постоји изванредан несклад у поређењу са реалним тржишним ценама. Узимајући у обзир да се наше питање односи и на корекцију количина и додавање нових ставки, у Прилогу 2 достављамо табелу са ценама (коју смо већ доставили) и молимо Вас да ускладите цене са реалним тржишним ценама.

Надамо се да ћете прихватити наше захтеве за измену конкурсне документације.

Партија 145	Regensi za biohemijski analizator ADVIA 1800 (SIMENS)
-------------	---



Редни број ставке	Назив ставке	Јединица мере	Величина паковања	Количина	Количине прометоване за период од 6 месеци, за здравствене Установе обухваћене предметном ЈН.	коментар
2	Wide Range C-Reactive Protein (wrCRP)	паковање	440 testova	142	223	
3	WASH probe 2	паковање	5x250ml	3	15	
4	WASH probe 1	паковање	5x250ml	2	3	
7	Urea	паковање	4020 testova	46	68	
9	Ukupni Protein (Urin/CSF)	паковање	776 testova	5	8	
10	Ukupni bilirubin	паковање	1424 testova	58	86	
11	Trigliceridi	паковање	1432 testova	50	108	
13	ToxAmmonia Calibrator	паковање	6 x 3 mL	2	4	
16	β2-Microglobulin (B2M)	паковање	200 testova	6	8	
23	Mokraćna kiselina	паковање	980 testova	48	78	
25	Mikroalbumin	паковање	520 testova	3	4	
26	MAS Omni Core nivo 3	паковање	6x5ml	2	3	
27	MAS Omni Core nivo 2	паковање	6x5ml	5	7	
30	Lypochecm Assayed Chemisty nivo 2	паковање	12x5ml	5	7	
33	Lipaza	паковање	640 testova	1	2	
35	LDH L-P	паковање	1790 testova (4020)	10	30	pogrešan broj testova u pakovanju ( tačan je 4020)
36	LDH P-L	паковање	4020 testova (1790)	3	8	pogrešan broj testova u pakovanju ( tačan je 1790)
37	Lamp Coolant Aditive	паковање	1 x 50 ml	2	4	
39	Kreatinin	паковање	4020 testova	56	71	
46	ISE Buffer	паковање	1x2000ml	380	440	
47	Incubation Bath Oil	паковање	1x2900ml	19	28	
48	IgM	паковање	360 testova	21	25	
49	IgG	паковање	360 testova	21	27	
50	IgA	паковање	375 testova	21	25	
52	Holesterol	паковање	2450 testova	34	68	
54	Hemoglobin A1c_3 Automated Pretreatment Assay	паковање	160 testova	52	0	Pogrešan naziv testa, u pitanju je ista stavka kao I stavke 59 I 96
56	HDL - holesterol direkt	паковање	1304 testova	37	72	



							Stavka je ista kao I stavka 95-A1c3 Kalibrator set; ukupna tražena količina je 8
	58	HbA1C kalibrator set	pakovanje	8 x 0.5	3(8)	9	
	59	HbA1c direktna metoda	pakovanje	160 testova	11(107)	178	Pogrešan naziv testa, u pitanju je ista stavka kao I stavke 54 I 96. Suma traženih količina je 107
	60	Haptoglobin	pakovanje	540 testova	5	10	
	61	Gvožđe	pakovanje	1015 testova	45	75	
	63	Glukoza (GOD-PAP)	pakovanje	2450 testova	31	74	
	64	GGT	pakovanje	980 testova	60	99	
	67	Enzyme 3 Calibrator	pakovanje	6x2ml	3	6	
	73	Cuvette Wash Solution	pakovanje	1x2000ml	491	645	
	74	Cuvette Conditioner	pakovanje	1x1000ml	572	725	
	81	Bilirubin direktni	pakovanje	520 testova	69	88	
	83	AST	pakovanje	2520 testova	54	83	
	87	Ammonia (AMM)	pakovanje	276 testova	1	6	
	88	ALT	pakovanje	2520 testova	64	80	
	91	Alkalna fosfataza DEA	pakovanje	2485	7	41	
	93	Alfa amilaza	pakovanje	1225 testova	22	39	
	95	A1c3 Kalibrator set	pakovanje	2x4x0,5ml	5	0	Stavka je ista kao I stavka 58-A1c3 Kalibrator set; ukupna tražena količina je 8
	96	HbA1c direktna metoda	pakovanje	160 testova	44	0	U pitanju je ista stavka kao I stavke 54 I 59. Suma traženih količina je 107
	102	Etanol	pakovanje	600 testova	2	9	
	103	Ise electrode Na	komad	1 kom	2	5	
	104	Ise electrode K	komad	1 kom	2	4	
	105	Ise electrode Cl	komad	1 kom	2	6	
	106	Ise referenc elektrode	komad	1 kom	2	6	
	108	Pankreasna amilaza	pakovanje	910 testova	2	3	
	115	MAS Alcohol/amonia Multi Pak	pakovanje	6x2 ml	2	4	

Nedostaju stavke :



	BAYER DRUG CALIBRATOR I	pakovanje	2x5x3mL		1
	Lamp halogen	pakovanje	1 kom		1

**Одговор бр. 41: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације.**

**Питање бр. 42:** Као заинтересовано лице у предметном поступку, на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама, овим путем Вас молимо за појашњење и измену конкурсне документације, у делу:

**Партија 84 - Реагенси и потрошни материјал за апарат SIMENS RAPID POINT 500.** Након детаљне анализе техничке спецификације (Прилог Б) конкурсне документације, желимо да укажемо на следеће:

Као што приказује прилог, табела RFZO\_Partija 84\_RAPID POINT 500, желимо да укажемо да су минималне количине објављене за ову партију делимично усклађене са количинама прометованих добара за период од 6 месеци текуће године. Наиме, наведене количине нису усклађене са количинама прометованим за период од 6 месеци, за здравствене установе обухваћене предметном ЈН., и то за ставке 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15.

Молимо да количине ускладите са изменом из прилога RFZO\_Partija 84\_RAPID POINT 500, где су у претпоследњој колони измене обележене жутом бојом, а у складу су са прометованим добрима.

Такође, увидом у процењену вредност партије 84, установљено је да су исте 12% мање од реалне тржишне вредности. Сходно томе молимо да коригујете процењену вредност за партију 3, у складу са упоредивим реалним тржишним ценама предмета набавке које су наведене у последњој колони табеле из прилога (RFZO\_Partija 84\_RAPID POINT 500), и тиме омогућите понуђачу подношење прихватљиве понуде.

Реагенси и потрошни материјал за апарат SIMENS RAPID POINT 500						
Редни број ставке	Назив ставке	Јединица мере	Величина паковања	Количина	Количине прометоване за период од 6 месеци, за здравствене Установе обухваћене предметном ЈН.	Јединична цена без ПДВ-а
1	Кетриц 400 анализа	паковање	400 анализа	101	139	76.100,00
2	Кетриц 250 анализа	паковање	250 анализа	302	ок	58.900,00
3	Кетриц 100 анализа	паковање	100 анализа	101	110	44.100,00
4	Wash/Waste кетриц	паковање	1x4	402	ок	21.200,00
5	RapidQC Complete,Level 1	паковање	1x2,5ml	10	250	695,00
6	RapidQC Complete,Level 2	паковање	1x2,5ml	10	250	695,00
7	RapidQC Complete,Level 3	паковање	1x2,5ml	10	250	695,00
8	Капиларе за гасне анализе,hepar.150ul	паковање	250ком/пак	335	ок	3.521,00
9	Чеп за капиларе	паковање	500ком/пак	335	ок	3.382,00
10	Металне иглице за капиларе	паковање	250ком/пак	335	ок	1.950,00
11	Магнет за капиларе	паковање	10ком/пак	670	50	780,00
12	Шприц за гасне анализе	паковање	1/1ком	2.010	38.000	90,00
13	Sample port	паковање	1/1ком	101	300	480,00
14	Кетриц 750	паковање	750 анализа	5	38	152.182,00
15	Термо папир	паковање	10 ролни	168	290	130,00

**Коментари на табелу, наведене количине и процењене вредности:**

Наведене количине нису усклађене са повученим количинама за период од 6 месеци на нивоу С33 и Т33, и то за ставке 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15



Процењена вредност партије је умањена за 12% у односу на реалну тржишну вредност реагенаса

**Одговор бр. 42: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације.**

**Питање бр. 43:** Као заинтересовано лице у предметном поступку, на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама, овим путем Вас молимо за појашњење и измену конкурсне документације, у делу:

Партија 24 - Реагенси и потрошни материјал за апарат ADVIA 120, ADVIA 2120, ADVIA 2120i

Након детаљне анализе техничке спецификације (Прилог Б) конкурсне документације, желимо да укажемо на следеће:

- Уочили смо да су минималне количине објављене за ставке наведене у табели коју достављамо у Прилогу 1\_ Advia 120\_2120\_2120i, мање од количина прометованих добара за период од 6 месеци током 2019 год. Молимо Вас да количине ускладите са спецификацијом из Прилога 1\_ Advia 120\_2120\_2120i, где су измене обележене плавом бојом, што је у складу са прометованим добрима за Установе обухваћене предметном ЈН.

- Такође, увидом у процењену вредност партије 24, установљено је да је иста мања од реалне тржишне вредности. Сходно томе молимо да коригујете процењену вредност за партију 24, у складу са упоредивим реалним тржишним ценама предмета набавке које су наведене у последњој колони табеле из Прилога 1\_ Advia 120\_2120\_2120i (обојено зеленом бојом) и тиме омогућите понуђачу подношење прихватљиве понуде.

Надамо се да ћете прихватити наше захтеве за измену конкурсне документације.

Прилог 1_ Advia 120_2120_2120i									
Реагенси и потрошни материјал за апарат ADVIA 120, ADVIA 2120, ADVIA 2120i									
Редни број ставке	Назив ставке	Произв ођач	Зашти ћени назив понуђ еног добра	Једи ница мере	Величи на пакова ња	Количина	Количине прометоване за период од 6 месеци, за здравствене Установе обухваћене предметном ЈН.	Тржишне цене без ПДВ-а	
Партија 24	1	CBC Timepac with defoamer (cyanidefree)			паков ање	2 x 1950 mL	67	100	108.225,00
	2	Diff Timepak with Perox Sheath			паков ање	2 x 2075 mL	64	95	86.102,00
	3	Perox Sheath			паков ање	4 x 2725 mL	13	18	39.498,00
	4	Sheath Rinse			паков ање	1 x 20 L	224	334	15.426,00
	5	Autoretic Reagent			паков ање	1 x 820 mL	6	9	108.475,00
	6	CSF Reagent			паков ање	25 testova	11	17	44.172,00
	7	EZ Wash			паков ање	2x1620 mL/2 x 40 ciklusa	121	180	72.403,00
	8	Defoamer			паков ање	4 x 125 mL	13	20	26.345,00
	9	TESTPoint Low			паков ање	4 x 4 mL	2	3	22.305,00
	10	TESTPoint Normal			паков ање	4 x 4 mL	2	3	22.305,00
	11	TESTPoint High			паков ање	4 x 4 mL	2	3	22.305,00
	12	TESTPoint Abnormal 1 (3:1)			паков ање	4 x 4 mL	23	35	22.305,00



13	TESTPoint Normal (3:1)			паков ање	4 x 4 mL	23	35	22.305,00
14	TESTPoint Abnormal 2 (3:1)			паков ање	4 x 4 mL	23	35	22.305,00
15	Retic TESTPoint Low			паков ање	4 x 4 mL	1	1	24.320,00
16	Retic TESTPoint High			паков ање	4 x 4 mL	1	1	24.320,00
18	CSF Controls			паков ање	2 x 3 mL (2 x 10)	3	5	21.518,00
19	SETPoint			паков ање	2 x 6.1 mL	1	1	55.437,00
20	OPTIPoint			паков ање	4 x 6 mL	1	1	33.812,00

**Одговор бр. 43:** Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације.

**Питање бр. 44:** Као заинтересовано лице у предметном поступку, на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама, овим путем Вас молимо за појашњење и измену конкурсне документације, у делу: Партија 23 - Реагенси и потрошни материјал за аутоматски анализатор за седиментацију еритроцита Starrsed

Након детаљне анализе техничке спецификације (Прилог Б) конкурсне документације, желимо да укажемо на следеће:

Увидом у процењену вредност Партије 23, установили смо да постоји извешан несклад у поређењу са реалним тржишним ценама. У Прилогу 1 достављамо табелу са јединичним ценама (коју смо већ доставили) и молимо да у складу са тим коригујете укупну процењену вредност партије 23.

Надамо се да ћете прихватити наш захтев за измену конкурсне документације

Назив апарата	Редни број ставке	Назив ставке	Јединица мере	Јединична цена без ПДВ-а	Величина паковања	НАПОМЕНА		
Реагенси и потрошни материјал за апарат аутоматски анализатор за седиментацију еритроцита STARRSED	1	Rinse solution P	паковање	25.000,00	20000mL			
Реагенси и потрошни материјал за апарат аутоматски анализатор за седиментацију еритроцита STARRSED	2	Saline P	паковање	21.500,00	5000mL			
Реагенси и потрошни материјал за апарат аутоматски анализатор за седиментацију еритроцита STARRSED	3	Diluent P	паковање	18.000,00	5000mL			
Реагенси и потрошни материјал за апарат аутоматски анализатор за седиментацију еритроцита STARRSED	4	Desinfectant P sredstvo za dezinfekciju	паковање	15.000,00	5000mL			
Реагенси и потрошни материјал за апарат аутоматски анализатор за седиментацију еритроцита STARRSED	5	CLEANING AGENT STARRSED	паковање	20.160,00	100 mL	dodata stavka koja nedostaje		

**Одговор бр. 44:** Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације.

**Питање бр. 45:** Као заинтересовано лице у предметном поступку, на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама, овим путем Вас молимо за појашњење и измену конкурсне документације, у делу: Партија 96 – Лабораторијски тестови и реагенси за апарат Advia Centaur CP, произвођача Siemens





Healthcare Diagnostics GmbH. Након детаљне анализе техничке спецификације (Прилог Б) конкурсне документације, желимо да укажемо на следеће:

Увидом у процењену вредност Партије 96, установили смо да постоји извешан несклад у поређењу са реалним тржишним ценама. У Прилогу 1 достављамо табелу са јединичним ценама (коју смо већ доставили) и молимо да у складу са тим коригујете укупну процењену вредност партије 96.

Надамо се да ћете прихватити наш захтев за измену конкурсне документације.

**Одговор бр. 45: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације.**

**Питање бр. 46:** Као заинтересовано лице у предметном поступку, на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама, овим путем Вас молимо за појашњење и измену конкурсне документације, у делу Партија 164 – Реагенси и потрошни материјал за имунохемијске анализаторе модел TOSOX тип AIA 360. Након детаљне анализе техничке спецификације (Прилог Б) конкурсне документације, и консултације са корисницима реагенаса (ОБ Чачак и ОБ „Свети Лука“ Смедерево) желимо да укажемо на следеће:

1. У обрасцу понуде надене количине су:

8	PSA	паковање	100 test	3
10	Cortisol	паковање	100 test	2
23	MAC Multianalyte control	паковање	3 x 2 x 3 mL	2
26	Substrat II	паковање	2 x 100 mL	10
28	Wash	паковање	4 x 100 mL	9

Након консултације са корисницима, сходно њиховим реалним потребама, установили смо да реалне количине треба да буду :

8	PSA	паковање	100 test	5
10	Cortisol	паковање	100 test	5
23	MAC Multianalyte control	паковање	3 x 2 x 3 mL	5
26	Substrat II	паковање	2 x 100 mL	15
28	Wash	паковање	4 x 100 mL	12

- За Ставку бр 26 **Substrat II** потребно је изменити величину паковања тако да гласи 2 x 100 mL.
- Такође, увидом у процењену вредност Партије 57, установили смо да постоји значајан несклад у поређењу са реалним тржишним ценама, односно са ценама које смо доставили у склопу табеле јединичних цена које сте тражили од нас.

У складу са тим молимо Вас да измените укупну процењену вредност партије.

**Одговор бр. 46: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације.**

**Питање бр. 47:** Питање за партију 51:Реагенси и потршни материјал за имунохемијске анализаторе MAGLUMI 4000 Plus , Maglumi 1000 i Maglumi 800 (SNIBE). Након увида у тендерску документацију за ЈН бр.404-1-110/19-64 за партију 51 - Реагенси и потршни материјал за имунохемијске анализаторе MAGLUMI 4000 Plus , Maglumi 1000 i Maglumi 800 (SNIBE), произвођача чији смо генерални и ексклузивни заступници, уочили смо да спецификација не садржи материјал за инсталирани апарат MAGLUMI 1000 за ЗЦ Ужице где је инсталиран као ни за апарат MAGLUMI 4000plus за КЦС где је такође инсталиран па будући да нам је познато да је корисник доставио своју спецификацију у вези са чим смо ми према захтеву доставили цене Фонду здравства молимо да извршите измену спецификације за ову партију и укључите цео неопходан потрошни матетијал за период од 6 месеци.

Такође увидом у прогнозирану вредност овде напомињемо да је она за 15% нижа од тржишне вредности па молимо да се и у том смислу изврши корекција спецификације.



Републички фонд за здравствено осигурање

**Одговор бр. 47: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације.**

**Питање бр. 48:** Увидом у документацију заинтересовано лице је уочили да су процењене вредности мање за 15% од тржишне вредности добара, те вас љубазно молимо да исте ускладите са стварним тржишним стањем.

Поред тога, верујемо да је у Партији 132 начињена техничка грешка приликом уписа процењене вредности, те вас молимо да проверите износ.

**Одговор бр. 48: Узимајући у обзир Вашу сугестију, биће извршена измена конкурсне документације.**

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**

59019.122/126