



08/2 број: 404-1-30/20-27
3.7.2020. године

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Балон катетери за 2020. годину, бр. ј.н. 404-1-110/20-32, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

Дана 1.7.2020. године и 2.7.2020. године, заинтересована лица су се обратила наручиоцу захтевима за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Балон катетери за 2020. годину, бр. ј.н. 404-1-110/20-32, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Питање бр. 1:

У партији 15 јавне набавке бр. 404-1-110/20-32 (јавна набавка Балон катетера за 2020. годину) – Коронарни балон катетери обложени леком – у прилогу Б - техничкој спецификацији као један од услова тражи се да минимална доступна дужина балона буде 10мм или мање.

Како се у клиничкој пракси, а где су индиковани коронарни балони обложени леком, изузетно ретко користи балон дужине краће од 15мм, те се у пракси доступност дужине од 10мм за балоне обложене леком не сматра релевантном предношћу нити неопходним условом, молимо Вас за измену конкурсне документације у делу техничка спецификација – прилог Б - за партију 15 подтачка 3, да уместо траженог услова минималне доступне дужине балона 10мм или краће измените на услов: минимална дужина балона 15мм или краће, а како би у складу са чланом 10. Закона о ЈН обезбедили што је могуће већу конкуренцију за предметну партију.

Одговор бр. 1:

Прихвата се захтев заинтересованог лица и биће извршена измена конкурсне документације Прилога Б-техничка спецификација за партију 15.

Питање бр. 2:

У партији 12 јавне набавке бр. 404-1-110/20-32 (јавна набавка Балон катетера за 2020. годину) – Хибридни коаксијални хидрофилни микрокатетер од волфрама за хроничне тоталне оклузије (ЦТО) – у прилогу Б - техничкој спецификацији као један од услова тражи се врх катетера до 1,3 FRENCH-а

С обзиром да неки произвођачи изражавају тражену техничку карактеристику у FRENCH-има, а неки у INCH-има, а конверзијом 1,3 FRENCH-а се добија вредност од 0,02 INCH-а да ли ће се прихватити да производ испуњава тражени услов уколико му је врх катетера до 0,02 INCH-а? Уколико да, молимо Вас за измену конкурсне документације у прилогу Б, техничке карактеристике партија 12, подтачка 3, да је тражени врх катетера до 1,3 FRENCH-а (0,02 inch-а)

Одговор бр. 2:

Комисија за јавну набавку ће прихватити конверзију из FRENCH-а у INCH-е.



Питање бр. 3:

Да ли је потребно доставити једну публиковану студију у Current Contentu за партију 21?

Наиме, у измењеној пречишћеној конкурсној документацији на страни 4 је наведено да је понуђач дужан да достави публиковану студију за партије 15, 16, 19, 20 и 23 што такође стоји у Прилогу Б. Међутим, на страни 27 исте конкурсне документације стоји да је студија неопходна за партије 15, 16, 20 и 21. Молим за појашњење.

Одговор бр. 3:

За партију 21, није потребно доставити студију у Current Contentu.

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у вези са наведеним захтевом.

Питање бр. 4:

Увидом у конкурсну документацију за предметну јавну набавку, установили смо могућу грешку у конкурсној документацији на стр 11. – пондерисање, за партију 5. Наиме у Прилогу Б стоји да је „*Entry profile ≤ 0,015 inch*“, док је на страни 11. Конкурсне документације предвиђено: *Entry profile ≤ 0.014 inch*. Молимо вас за додатно појашњење.

Одговор бр. 4:

Комисија за предметну јавну набавку је дефинисала техничку спецификацију за партију 5 на начин тако што је обавезан услов да понуђено добро између осталог поседује „*Entry profile ≤ 0,015 inch*“, док је комисија на страни 11. конкурсне документације као један од елемената критеријума економски најповољније понуде одредила пондере да уколико понуђено добро поседује „*Lesion entry profile* - за вредност *Lesion entry profile ≤ 0.014 inch*“, биће вреднован са додатних 6 пондера.

Питање бр. 5:

Наиме, наручилац је конкурсном документацијом и то у делу који се односи на техничке карактеристике за партију 12 јавне набавке ЈН 404-1-110/20-32 предвидео следеће техничке карактеристике:

ПАРТИЈА 12 - Хибридни коаксијални хидрофилни микрокатетер од волфрама за хроничне тоталне оклузије (СТО)

- Доступна дужине 135 и 150 cm, дијаметар дисталног шафта до 2,6 FRENCH-а
- Дијаметар проксималног шафта до 2,8 FRENCH-а
- Врх катетера до 1,3 FRENCH-а
- Ојачање дисталног шафта

Да ли је за наручиоца прихватљива понуда хидрофилног микрокатетера у траженим дужинама (135 и 150 cm), са „*Crossing*“ профилем (дисталног шафта) 2,4 и 2,1 FRENCH-а, врха катетера од 1,4 FRENCH-а и проксималног шафта од 1,9 FRENCH-а.

Наиме, сматрамо да мала разлика у димензији врха катетера није од суштинског значаја јер је у питање нова технологија и то „*Tapered Coil*“ који се завршава на мање од 1 mm од дисталног врха што доприноси знатно побољшаним карактеристикама самог микрокатетера у виду одличне трансмисије „*Torque*“, одличне подршке коронарној жици као и изузетне издрживљивости врха самог катетера.



Републички фонд за здравствено осигурање

Одговор бр. 5:

За наручиоца неће бити прихватљива понуда добра које садржи описане техничке карактеристике. Комисија за јавну набавку остаје при утврђеној техничкој спецификацији за партију 12.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

59020.59/31