
Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-mail: public@rzzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

08/2 број: 404-1-139/13-7
17.01.2014. године

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Предмет: Измена конкурсне документације за јавну набавку Аутотрансфузионих система/сетова за интраоперативно спашавање крви за 2014. годину, редни број набавке: 404-1-110/14-17, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12)

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12), наручилац доноси измене конкурсне документације у делу IV Техничка спецификација јавне набавке Аутотрансфузионих сетова/система за интраоперативно спашавање крви за 2014. годину:

- у одељку "Понуђени комплет за партију 1, партију 2 и партију 3 подразумева", под тачком б) "Стерилни чврсти аутотрансфузиони резервоар запремине од најмање 3л. са микроагрегатним филтером од 40 микрона";

Врши се следећа измена конкурсне документације:

- у одељку "Понуђени комплет за партију 1, партију 2 и партију 3 подразумева", под тачком б) "Стерилни чврсти аутотрансфузиони резервоар запремине од најмање 3л. са микроагрегатним филтером до 40 микрона".

Прилог: као у тексту

62014.24/2

IV. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЈАВНЕ НАБАВКЕ АУТОТРАНСФУЗИОНИХ СИСТЕМА/СЕТОВА ЗА ИНТРАОПЕРАТИВНО СПАШАВАЊЕ КРВИ ЗА 2014. ГОДИНУ

Партија	Предмет набавке	Јед. мере	Количина	Шифра из ОРН
1.	Системи/сетови компатибили типу апарата Sequestra 1000 и Autolog	Ком	1593	3360000 0
2.	Системи/сетови компатибилни типу апарата Cell Saver 5, Haemolite 2+	Ком	1620	3360000 0
3.	Системи/сетови компатибилни типу апарата Electa и XTRA	Ком.	1301	3360000 0

Понуђени системи/сетови морају бити компатибилни са апаратима које поседују здравствене установе у Републици Србији и то:

- Sequestra 1000 i Autolog tm, „Medtronic” SAD;
- Haemolite 2+ “Haemonetics SAD”;
- Electa, XTRA “Dideco”, Italija;

Понуђени комплет за партију 1, партију 2 и партију 3 подразумева:

- а.) Стерилну двоканалну аспирациону линију са капаљком;
- б.) Стерилни чврсти аутоотранфузиони резервоар запремине од најмање 3л. са микроагрегатним филтером до 40 микрона;
- в.) Стерилно ротирајуће звоно запремине од 50 до 225 мл. са одговарајућим системом пластичних цеви;
- г.) Припадајућа кутија, где су претходна 3 дела упакована као комплет.