
Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-mail: public@rzzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

08/2 број: 404-1-14/14-18
28.02.2014. године

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења конкурсне документације у вези јавне набавке Интраокуларних сочива за 2014. годину, број 404-1-110/14-30 сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12)

Заинтересовано лице се дана 25.02.2014. године, обратило захтевом за појашњењем у вези поступка јавне набавке интраокуларних сочива за 2014. годину, број 404-1-110/14-30, сагласно одредби члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).

Питање заинтересованог лица:

1. „У обрасцу IV Техничка спецификација за Партију 6 - Интраокуларна тврда (ПММА) предњекорморна сочива дате су карактеристике сочива:

- пречник оптичког дела 5.75 - 6.4 mm
- распон диоптрије од од +6 до +25 (са инкрементима 0.5 -1 D за диоптрије преко +10)
- укупни пречник предњекорморног сочива је 12 и 13 mm

Обзиром да се ради о тврдом ПММА сочивима и да постоји генерално правило да што је мања инцизија то је мањи индуковани астигматизам, предлажемо да се опсег пречника оптичког дела предњекорморног сочива прошири на 5.5 – 6.4 mm.

Молимо наручиоца да размотри и уважи предлог проширења опсега пречника оптичког дела, чиме би се повећала и конкуренција у овој партији.

Такође молимо наручиоца да прецизира укупни пречник предњекорморног сочива. Да ли је наручилац мислио на опсег укупног пречника од 12 до 13 mm?“

Одговор наручиоца:

Наручилац остаје при првобитно уређеној техничкој спецификацији – код пречника оптичког дела 5.75-6.4 mm јер је и овим распонем обезбеђена конкуренција.

У вези пречника предњекорморног сочива Наручилац даје појашњење да је опсег укупног пречника предњекорморног сочива од 12 - 13 mm.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ