

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке аутотрансфузионих система/сетова за интраоперативно спашавање крви компатибилни типу апарата Cell Saver 5, Haemolite 2+, за 2014. годину, бр. 404-1-110/14-60

Дана 08.05.2014. године заинтересовано лице се обратило захтевом од 08.05.2014. године, за појашњењем у вези поступка јавне набавке аутотрансфузионих система/сетова за интраоперативно спашавање крви компатибилни типу апарата Cell Saver 5, Haemolite 2+, за 2014. годину, бр. 404-1-110/14-60, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).

Питања потенцијалног понуђача:

1. на страни 8

Понуђени системи/сетови морају бити компатибилни са апаратима које поседују здравствене установе у Републици Србији и то:

- Haemolite 2+ “ Haemonetics SAD” ;

Предлог - треба додати изостављен : Cell Saver 5.

2. на страни 9 стоји :

ПОНУЂАЧ УЗ ПОНУДУ ДОСТАВЉА:

1. Решење Агенције о лековима и медицинским средствима Републике Србије итд.

2. Као доказ техничких карактеристика/спецификације понуђеног медицинског средства потребно је доставити оригиналан каталог и оригинално упутство за употребу произвођача, у којима тражене карактеристике морају бити обележене

у каталогу су јасно назначене тражене одлике па је излишно достављати и упутства на више стотина страна за два уређаја где уопште нису наведене тражене одлике већ је подробно описано корак по корак руковање.

Предлог : изоставити обавезно достављање упутства јер је каталог довољан.

Одговори Наручиоца:

1. У складу са чланом 63. Став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), обавештавамо Вас да ће у делу "ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЈАВНЕ НАБАВКЕ АУТОТРАНСФУЗИОНИХ СИСТЕМА/СЕТОВА ЗА ИНТРАОПЕРАТИВНО СПАШАВАЊЕ КРВИ КОМПАТИБИЛНИ ТИПИ АПАРАТА CELL Saver 5, Haemolite 2+ ЗА 2014. ГОДИНУ", на страни 8. Конкурсне документације, под тачком "Понуђени системи/сетови морају бити компатибилни са апаратима које поседују здравствене установе у Републици Србији" бити извршена измена Конкурсне документације за ЦЈН аутотрансфузионих система/сетова за интраоперативно спашавање крви компатибилни типу апарата Cell Saver 5, Haemolite 2+, за 2014 годину.

2. Није неопходно доставити упутство за употребу медицинског средства уколико је у каталогу недвосмислено и јасно приказано и од чега се тражено медицинско средство састоји. Такође у каталогу потребно је обележити тражене карактеристике предметног добра, као што је наведено под ставком 2 на 9. страни конкурсне документације.

С поштовањем,