

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042  
е-mail: [public@rzzo.rs](mailto:public@rzzo.rs) ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09  
08/2 број: 404-1-41/15-43  
29.07.2015. године

## ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

**Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку - Материјал за хемодијализу - дијализатори, бр.јн. 404-1-110/15-17, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12 и 14/15)**

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12 и 14/15), врше се следеће измене и допуне конкурсне документације:

- У делу III конкурсне документације – Техничка спецификација, у делу који регулише шта је понуђач дужан да достави уз понуду у тачки (2), брише се захтев у вези губитка албумина (g/процедури, трајања 4h), а уместо Б2 микроглобулина се уводи коефицијент просејања за β2 микроглобулин. Сходно наведеном предметна тачка сада гласи:

„Оригинални каталог и оригинално упутство за употребу. Каталог, односно упутство за употребу треба да садржи нарочито следеће податке: начин стерилизације, модел мембране, коефицијент ултрафилтрације ( $KUF$  - mL/h/mmHg), клиренс ( $Q_b = 300\text{ml/min}$ ,  $Q_d = 500\text{ml/min}$ ) урее, *коефицијент просејања за β2 микроглобулин* и количину физиолошког раствора (0,9% NaCl) неопходног за припрему и завршетак HD третмана. Горе наведени подаци морају да се заснивају на *in vitro* условима тестирања, у складу са стандардима SRPS EN ISO 8637, што мора да буде јасно назначено у достављеном каталогу. Уколико се неки од наведених података не може утврдити из података који се налазе у оригиналном каталогу или оригиналном упутству за употребу, понуђач је дужан да достави и изјаву произвођача, дату на меморандуму произвођача која се односи на тражене податке.“

- У делу IV конкурсне документације – Упутство понуђачима, у тачки 23.8 се уместо клиренса Б2 микроглобулина ( $Q_b = 300\text{ml/min}$ ,  $Q_d = 500\text{ml/min}$ ) за понуђени дијализатор уводи коефицијент просејања за β2 микроглобулин за понуђени дијализатор; губитак албумина (g/процедури, трајања 4h) за понуђени дијализатор – **10 поена** се брише; а уместо 10 поена за коефицијент ултрафилтрације се уводи 20 поена. Сходно наведеном, тачака 23.8 сада гласи:

„**23.8** Елемент критеријума "Квалитет" вредноваће се на следећи начин:

1. Коефицијент просејања за β2 микроглобулин за понуђени дијализатор – **20 поена**;
2. Коефицијент ултрафилтрације ( $KUF$  - mL/h/mmHg) за понуђени дијализатор - **20 поена**;

- У делу IV конкурсне документације – Упутство понуђачима, у тачки 23.9 мења се формула тако да сада гласи:

„**23.9** Елемент критеријума "Квалитет" вредноваће се применом следеће формуле:

$$Q_A = 20 \times \frac{CP_A}{CP_{\max}} + 20 \times \frac{KUF_A}{KUF_{\max}}$$

где је:

- $Q_A$  – број поена понуђача А за елемент критеријума "Квалитет";
- $CP_A$  – коефицијент просејања за β2 микроглобулин за дијализатор понуђача А;

- $CP_{max}$  – највећи понуђени коефицијент просејања за  $\beta 2$  микроглобулин за партију;
- $KUF_A$  – KUF за дијализатор понуђача A;
- $KUF_{max}$  – највећи понуђени KUF за партију;“

- У делу VII конкурсне документације – Модел уговора – здравствене установе, након последњег члана, треба да стоји Овлашћено лице Купца, уместо Овлашћено лице Републичког фонда, тако да сада гласи:

Овлашћено лице  
Купца

Овлашћено лице  
Добављача

- У Прилогу 1 – Списак здравствених установа, у делу Филијала РФЗО - 08. Шабац се додаје Дом здравља Љубовија, Војводе Мишића бр. 58, [www.dzljubovija.com](http://www.dzljubovija.com)

**Напомена: Пречишћен текст конкурсне документације и Прилога 1 – Списак здравствених установа који садрже претходно наведене измене и допуне ће бити објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца [www.rfzo.rs](http://www.rfzo.rs).**