

Прилог II – Техничка спецификација

Партија	Предмет набавке	Јединична цена	Количина	Процењена вредност без ПДВ-а
1.	Системи/сетови компатибили типу апарата Sequestra 1000 и Autolog	16.000,00	1877	30.032.000,00
2.	Системи/сетови компатибилни типу апарата Cell Saver 5, Cell Saver 5 +	16.000,00	1513	24.208.000,00
3.	Системи/сетови компатибилни типу апарата Electa и XTRA	16.000,00	1333	21.328.000,00
4	Стерилна двоканална аспирациона линија са капаљком за интраоперативно спашавање	1.680,00	146	245.280,00
Укупно				75.813.280,00

Понуђени системи/сетови морају бити компатибилни са апаратима које поседују здравствене установе у Републици Србији и то:

- Sequestra 1000 i Autolog tm, „Medtronic” SAD;
- Cell Saver 5, Cell Saver 5 +, “Haemonetics SAD”;
- Electa, XTRA “Dideco”, Italija;

Понуђени комплет за партију 1, партију 2 и партију 3 подразумева:

- а.) Стерилну двоканалну аспирациону линију са капаљком;
- б.) Стерилни чврсти аутофанфузиони резервоар запремине од најмање 3л. са микроагрегатним филтером до 40 микрона;
- в.) Стерилно ротирајуће звоно запремине од 50 до 225 мл. са одговарајућим системом пластичних цеви;
- г.) Припадајућа кутија, где су претходна 3 дела упакована као комплет.

- Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.
- Понуђена медицинска средства морају бити стерилно упакована и имати рок трајања од најмање 12 (дванаест) месеци од дана испоруке.