

Прилог II – Техничка спецификација

ПАРТИЈА	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА	ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А
1.	Филтер за еритроците филтриране накнадно	комад	1.117,60	5.052.669,60
2.	Филтер за тромбоците филтриране накнадно	комад	1.523,50	1.581.393,00
3.	Сетови за донорске аферезне поступке (тромбоците) компатибилни типу апарата НАЕМОНЕТИКС MCS +	комад	14.850,00	21.131.550,00
4.	Сетови за донорске аферезне поступке (тромбоците) компатибилни типу апарата TRIMA Accel	комад	14.575,00	13.773.375,00
УКУПНО:				41.538.987,60

ПАРТИЈА 1 - ФИЛТЕР ЗА ЕРИТРОЦИТЕ ФИЛТРИРАНЕ НАКНАДНО

Ови филтери морају испуњавати следеће:

- Филтровање јединица еритроцита чији је хематокрит 0,50 до 0,75 l/l;
- Да број резидуалних леукоцита након филтровања треба да буде мањи од 1×10^6 по јединици филтрованих еритроцита;
- СЕ стандард;
- Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.
- Понуђена медицинска средства морају бити стерилно упакована и имати рок трајања од најмање 12 (дванаест) месеци од дана испоруке.

ПАРТИЈА 2 - ФИЛТЕР ЗА ТРОМБОЦИТЕ ФИЛТРИРАНЕ НАКНАДНО

Ови филтери морају испуњавати следеће:

- Да је број резидуалних леукоцита по јединици тромбоцита у пулу након филтровања мањи од $0,2 \times 10^6$
- СЕ стандард;
- Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

- Понуђена медицинска средства морају бити стерилно упакована и имати рок трајања од најмање 12 (дванаест) месеци од дана испоруке.

ПАРТИЈА 3 - СЕТОВИ ЗА ДОНОРСКЕ АФЕРЕЗНЕ ПОСТУПКЕ (ТРОМБОЦИТЕ) КОМПАТИБИЛНИ ТИПУ АПАРАТА НАЕМОНЕТИКС МСС +

Карактеристике сетова компатибилних апарату НАЕМОНЕТИКС МСС +:

- Ознака сета 997 CF-E и/или 994 CF-E
- Ознака софтвера LDP MCS+ plat&plasma w/filter

Неопходно је да се путем сета обезбеди:

- Издавање више од 200×10^9 тромбоцита по аферезној јединици;
 - Да је број резидуалних леукоцита мањи од 1×10^6 по аферезној јединици;
 - Да у оквиру сета буде антикоагуланс произвођача сета
 - СЕ стандард;
- Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.
 - Понуђена медицинска средства морају бити стерилно упакована и имати рок трајања од најмање 12 (дванаест) месеци од дана испоруке.

ПАРТИЈА 4 - СЕТОВИ ЗА ДОНОРСКЕ АФЕРЕЗНЕ ПОСТУПКЕ (ТРОМБОЦИТЕ) КОМПАТИБИЛНИ ТИПУ АПАРАТА ТРИМА АСЦЕЛ

Карактеристике сетова компатибилних апарату ТРИМА АСЦЕЛ:

- Trima ACCEL LRS PLATELET
- PLASMA
- RBC SET (with ACD)
- Ознака сета 80400

Неопходно је да се путем сета обезбеди:

- Издавање више од 200×10^9 тромбоцита по аферезној јединици;
 - Да је број резидуалних леукоцита мањи од 5×10^6 по аферезној јединици;
 - Да у оквиру сета буде антикоагуланс произвођача сета
 - СЕ стандард;
- Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.
 - Понуђена медицинска средства морају бити стерилно упакована и имати рок трајања од најмање 12 (дванаест) месеци од дана испоруке.