
Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-mail: public@rzzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

08/2 бр. 404-1-40/15-10
04.06.2015. године

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке материјала за хемодијализу – који зависи од типа машине бр.јн. 404-1-110/15-45

Дана 02.06.2015. године заинтересовано лице се обратило захтевом за појашњењем у вези поступка јавне набавке материјала за хемодијализу – који зависи од типа машине бр.јн. 404-1-110/15-45, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12 и 14/15).

Питање заинтересованог лица:

1. „Љубазно Вас молимо за појашњење и дефинисање садржаја комплета за доле наведене ставке по партијама:

Партија 1

Ставка 1 – АВ линија комплет за апарат Bellco (Formula 2000)

Партија 2

Ставка 1 – АВ линија комплет за хемодијафилтрацију за Gambro, Innova (AK 200 Ultra S, Innova)

Ставка 2 – АВ линија комплет за Gambro, Innova (AK 200 Ultra S)

Ставка 3 – АВ линија комплет за Gambro, Innova (Innova)

Ставка 4 – Супституциона линија (AK 200 Ultra S)

Партија 3

Ставка 1 – АВ линија комплет за хемодијафилтрацију за Fresenius (4008S, 4008H и 4008B)

Ставка 2 - АВ линија комплет за Fresenius (5008S)

Ставка 3 - АВ линија комплет за Fresenius (5008)

Ставка 4 – Супституциона линија (4008S и 4008H)“

Одговор Наручиоца:

1. Назив комплет АВ линије за било коју дијализну машину односи се на првод енглеске речи сет који је као такав увршћен и у стандарде о хемодијализи, а ради се о јединственом систему полимерских цеви кроз који током хемодијализе протиче вантелесни дијализни крвоток и као такав се условно састоји од свог артеријског дела са сегментом крвне пумпе (и припадајућом артеријском комором и конекторима) и венског дела (и припадајућом венском комором и конекторима) који се повезују на дијализатор односно на дијализне игле као и мераче артеријског и венског притиска вантелесног крвотока.
Димензије и детаљну спецификацију АВ комплета прописује произвођач одговарајуће машине, у овом случају Fresenius Medical Care, Gambro, Innova и Bellco. Подаци наведени за сваку ставку, а који су дати у заградама, односе се на модел апарата на којима се добра користе и за које понуђено добро мора у потпуности бити компатибилно и као такво и регистровано за употребу.