

---

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042  
e-mail: [public@rzzo.rs](mailto:public@rzzo.rs) ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09  
08/2 број: 404-1-63/15-9  
18.09.2015. године

---

**ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Потрошног материјала за уградњу интраокуларних сочива број 404-1-110/15-76 сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)**

Дана 17.09.2015. године, заинтересовано лице се путем електронске поште обратило наручиоцу са захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Потрошног материјала за уградњу интраокуларних сочива број 404-1-110/15-76 у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15).

- **Питања заинтересованог лица:**

„У делу конкурсне документације који се односи на техничку спецификацију у Прилогу II назначено је да је изабрани добављач у обавези да за партије 1, 2 и 3 испоруку врши у паковањима која ће садржати појединачне дозе од 0,5-1 ml.

Молимо наручиоца да измени конкурсну документацију у овом делу и обухвати и паковање од 1,1 ml, односно да изабрани понуђач буде у обавези да за партије 1, 2 и 3 испоруку врши у паковањима која ће садржати појединачне дозе од 0,5-1,1 ml. Сматрамо да је тражени елиминациони захтев у погледу запремине искључиво техничке природе, односно он ни на који начин не може бити у вези са самим медицинским средством које се нуди (квалитет, састав), као ни са економским аспектом понуде, пошто се прерачунавања милилитраже врше на потпуно исти начин као што је то случај и са запреминама мањим од 1 ml, односно цена медицинског средства по милилитру остаје непромењена. Самим тим нема никаквог основа за таквим видом искључивости и неукључивањем већег броја потенцијалних понуђача.“

- **Одговор наручиоца:**

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације тако што ће изменити ПРИЛОГ II – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, у делу који се односи на обавезу понуђача да за партије 1, 2 и 3 испоруку врши у паковањима која ће садржати појединачне дозе од 0,5-1 ml, па ће понуђач бити дужан да испоруку врши у паковањима која ће садржати појединачне дозе од 0,5 ml или више.

- **Додатно појашњење наручиоца:**

Наручилац овом приликом обавештава сва заинтересована лица да је приликом израде измене конкурсне документације број 404-1-63/15-8 од 16.09.2015. године, дошло до очигледне техничке грешке приликом навођења броја странице у конкурсној документацији на којој се врши исправка, док су све остале тачке исправно наведене. Сходно наведеном обавештавамо вас да је грешком уписано да се измена врши на страни број 32 а треба да гласи да се измена врши на страни 12 од 32 (тачке 2 и 3).