
Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-mail: public@rzzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09
08/2 број: 404-1-63/15-7
14.09.2015. године

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Потрошног материјала за уградњу интраокуларних сочива број 404-1-110/15-76 сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

Дана 11.09.2015. године, заинтересовано лице се путем електронске поште обратило наручиоцу са захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Потрошног материјала за уградњу интраокуларних сочива број 404-1-110/15-76 у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15).

- **Питања заинтересованог лица:**

За партије 1,2,3 као услов квалитета вискоеластика навели сте „zero shear rate“.

Молимо да избаците овај услов, с обзиром да је shear rate немогуће измерити при 0 секунди (мерење динамичке особине приликом статичког стања флуида) и да га ниједан произвођач не може ставити на свој каталог. Zero shear rate се може добити искључиво екстраполацијом, у ком случају је крајњи резултат недоказив и склон манипулацији. Стандардно се shear rate мери при распону од 0.1/s до 2/s за вискоеластике.

Молимо да измените опис партије 4 - Ножич за главну инцизију троугласти са ласерским маркером или од аустенитог челика 2,75мм, односно да избаците речи “од аустенитог челика”, с обзиром да аустенити челик (Аустените Стаинлесс Стеел) не постоји, већ постоје: **аустенит** (Austenite), који се односи на алотроп гвожђа на температурама преко 723°C и **аустенитни челик** (Austenitic Stainless Steel), који је најчешћа врста челика која се користи у индустрији и често за хируршке инструменте.

- **Одговори наручиоца:**

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације тако што ће у каталогу тражити да се као доказ потребан за пондерисање достави само вискозитет изражен у mPas или csp а укинути доказ за zero shear rate и температуру.

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације за партију 4, па ће уместо austenitog čelika тражити аустенитни челик.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ